COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Rua General Carneiro, nº 181 - Bairro Alto da Glória
Curitiba-PR, CEP 80060-900
- http://chc-ufpr.ebserh.gov.br

Termo de Referência - SEI

Processo nº 23759.032196/2022-58

0.0.1. OBJETO

0.1. Aquisição parcelada de materiais da linha médico hospitalar, sendo aquisição de materiais pertencentes ao grupo Material Médico Hospitalar de Uso Geral, subgrupo Agulhas, Seringas e Cateteres para atender os pacientes Internados, Ambulatorial, Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico e todos os outros serviços em que estes materiais se fizerem necessários no Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC/UFPR), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

0.2. O objeto pretendido visa atender as necessidades da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) - Filial Complexo Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná - CHC-UFPR/EBSERH - por um período de até 12 (doze) meses, conforme especificações e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

0.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir.

0.4. Caso haja discordância entre o descritivo dos itens no Edital (Anexo Termo de Referência) e no COMPRASNET, prevalecerá o descritivo constante neste Termo de Referência.

0.5. A pesquisa foi realizada em todos os canais disponíveis, em conformidade com a Normativa SEI nº 02/2019/DAI-EBSERH, Capítulo II, Seção I, Art. 3º, priorizando as atas de ME e EPP, entretanto, não foram encontradas atas com estas características, **exceto os itens 05, 13, 25, 34, 66 e 83**. Dessa forma para os itens desse processo não foi possível somente com empresas de pequeno porte ou microempresa, **exceto os itens 05, 13, 25, 34, 66 e 83,** conforme preconiza o Art. 49, Inciso II da Lei 123/2006 e Art. 10, Incisos I e II do Decreto 8.538/2015. Diante do exposto, não poderá ser utilizado para os itens deste processo essa preferência pois não há o mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente, **exceto os itens 05, 13, 25, 34, 66 e 83**.

0.6. Os materiais devem atender às seguintes características, conforme quadro demonstrativo abaixo:

ITEM	CODIGO	CODIGO EBSERH	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	DESCRITIVO	CATMAT	DESCRITIVO COMPLETO	EPP/ME
1	2880	EBS09093	4.100	UNIDADE	AGULHA DESC.EST. 25X6.	439809	Agulha HIPODÉRMICA 25 x 0,6 mm ou 23 G 1. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. SEM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
2	2883		1.800	UNIDADE	AGULHA DESC.EST. 30x7	397506	AGULHA DESCARTAVEL, MEDINDO 30X7, PAREDE FINA SILICONIZADA, BISEL CORTANTE, CONEXAO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR COM MANUSEIO ADEQUADO. SEM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha. ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA.	NÃO
3	2887	-	43.600	UNIDADE	AGULHA DESC.EST. 30x10	439.805	AGULHA DESCARTAVEL, MEDINDO 30X10, PAREDE FINA SILICONIZADA, BISEL CORTANTE, CONEXAO PERFEITA	NÃO

							A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR COM MANUSEIO ADEQUADO, ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA. (ITEM SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONFORME NR32)	
4	2889	-	12.000	UNIDADE	AGULHA DESC.EST. 40x16	439800	AGULHA DESCARTAVEL, MEDINDO 40X16, PAREDE FINA SILICONIZADA, BISEL CORTANTE, CONEXAO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR COM MANUSEIO ADEQUADO, ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA. EXCLUSIVO PARA HEMATO ONCOS EM GERAL,SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA NR32	NÃO
5	3094	EBS00054	12.700	UNIDADE	CATETER OXIG.OCULOS/SIMIL	395.230	Cateter nasal, TIPO ÓCULOS. Tamanho ADULTO, cerca de 2,10 m, aplicação: oxigenoterapia. Tubo em PVC flexível, pronga em material flexível com contorno arredondado. A prova de deformação e torção, com anel de ajuste em látex / silicone, adaptador conector universal para umidificador. Descartável, estéril, embalagem individual e de fácil manuseio, com identificação do produto, lote e validade.	SIM
6	3095	EBS08301	290	UNIDADE	CATETER UMBIL 4 fr	437925	CATETER UMBILICAL 4 FR X 30 A 40 CM DE COMPRIMENTO, EM SILICONE, DUPLO LÚMEN, TRANSPARENTE, CENTIMETRADO CM A CM, LINHA RADIOPACA DELGADA EM TODA A EXTENSÃO DO CATETER. CONECTOR ROSQUEÁVEL. ATÓXICO, APIROGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE E SEGURA. ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO: USO NA PUNÇÃO DE VASO UMBILICAL DE RECÉM NATO DE ALTO RISCO.	NÃO
7	3096	EBS05354	100	UNIDADE	CATETER UMBIL. 8 FR	469236	Cateter UMBILICAL 8 FR x 40 (+/- 5) cm DE COMPRIMENTO, EM POLIURETANO, MONOLÚMEN, transparente, centimetrado cm a cm, linha RADIOPACA delgada em toda a extensão do cateter. Conector rosqueável. Atóxico, apirogênico, biocompatível. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual, resistente e segura. Abertura em pétala e asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aplicação: uso na punção de vaso umbilical de RECÉM NATO DE ALTO RISCO.	NÃO
8	3100	EBS00032	700	UNIDADE	CATETER EPIDURAL 16G a 19G	455931	Cateter em nylon descartável para ANESTESIA EPIDURAL, com orifícios	NÃO

							múltiplos, para uso com agulha 16 G, medindo 90 cm (+/- 05 cm) de comprimento x 1.0 ou 1.1 mm de diâmetro externo, maleável, possuir orifício atraumático, com marca radiopaca, com marcas indicadoras do comprimento introduzido. Estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	
9	3205	EBS00079	530.000	UNIDADE	SERINGA DESC. 20ML	439.630	Seringa descartável 20 mL, COM BICO LUER SLIP, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa milimetrada e numerada a cada 5 mL com traços longos e secundários a cada 1 mL. Números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
10	3206	EBS00072	190.000	UNIDADE	SERINGA DESC. 01ML (INSULINA)S/AGUL.	439.622	Seringa descartável 01 mL, SEM AGULHA (INSULINA), volume 100 UI, graduada com intervalo de 10 em 10 UI, com subdivisão de 2 em 2 unidades, com alto grau de precisão, sem espaço morto (resíduo zero), cilindro em polipropileno transparente que permita a visualização do líquido aspirado, com escala nítida de medidas, traços e números de inscrição claros e legíveis, conexão bico slip; êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
11	3857	-	360	UNIDADE	CATETER INTRAV. CENTRAL 19G RADIOP	437.576	CATETER INTRAVENOSO, CENTRAL,RADIOPACO COM GUIA 19G DE DIAMETRO, E APROXIMADAMENTE 30CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 17G DE DIAMETRO POR 5CM DECOMPRIMENTO, RESISTENTE A QUEBRAS, ENCAIXE PERFEITO COM EXTENSOES E SERINGAS, DESCARTAVEL, ESTERIL, FACIL PROGRESSAO, MANUSEIO E VISUALIZACAO DO REFLUXO.	NÃO
12	3858	-	36	UNIDADE	CATETER INTRAV. CENTRAL 22G DIAM.C/GUIA	437.287	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL,RADIOPACO,COM GUIA, COM 22G DE DIAMETRO E	NÃO

							APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 19G DE DIAMETRO POR 5CM DE COMPRIMENTO, DESCARTAVEL, ESTERIL, POSSUIR FIO GUIA QUE PERMITA A PROGRESSAO SEM TRAUMATISMO, CONEXAO TERMINAL COM PERFEITO ENCAIXE E RESISTENTE A QUEBRA, COM FIXACAO ADEQUADA, FACIL PROGRESSAO MANUSEIO E VISUALIZACAO DO REFLUXO.	
13	4002	EBS00081	16.300	UNIDADE	SERINGA DESC. 60ML CONEC.AG.(LUER-LOCK)	439.629	Seringa descartável 60 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa, traços longos e secundários a cada 1 mL e numeração de 10 em 10 mL, números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	SIM
14	5231	EBS00022	1.700	UNIDADE	AGULHA P/RAQUEANESTESIA 25G	389218	Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 25 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
15	5232	EBS00029	2.800	UNIDADE	AGULHA P/RAQUEANESTESIA 27G	389.941	Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 27 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
16	5920	EBS08091	900	UNIDADE	AGULHA PUNCAO RAQUID.,QUINCKE,22GX 3 1/2	389190	Agulha PARA ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 22 G com COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, AÇO INOX, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de	NÃO

							rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	
17	6529	-	400	UNIDADE	AGULHA DE BIOPSIA TEC. MOLES, 18GX25CM	404.602	AGULHA DE BIOPSIA DE CORTE, PARA USO COM PISTOLA 2.2(REUSAVEL), COM 18G DE DIAMETRO E 25CM DE COMPRIMENTO, TIPO AUTOCUT, COM MARCAS DE 1 EM 1CM, COM PONTA ECOGENICA PARA FACIL VISUALIZACAO EM BIOPSIA MONITORIZADA PELA ULTRA-SONOGRAFIA. ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. (PISTOLA EM CESSÃO DE USO-VIDE EDITAL)	NÃO
18	6530	EBS05319	200	UNIDADE	AGULHA DE BIOPSIA TEC. MOLES, 16X16CM	404.600	AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIÓPSIA, 16 G X 16 CM - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MANDRIL, COM GAVETA DE 19 MM PARA RETIRADA DE AMOSTRAS, AÇO INOXIDÁVEL, COM PROTETOR, ESTÉRIL, CÂNULA CENTIMETRADA COM MARCAÇÃO ECOGÊNICA DE UM EM UM CENTÍMETRO E PONTA ECOGÊNICA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PELA ULTRASSONOGRAFIA. COMPATÍVEL COM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA ESPECIFICADA EM EDITAL). EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	NÃO
19	7289	-	3.000	UNIDADE	SERINGA DESC. INSULINA CAP.0,5cc (1/2cc)	442278	SERINGA INSULINA COM CAPACIDADE DE 0,5cc (1/2cc) COM AGULHA, SILICONI ZADA, PERFEITO AJUSTE EMBOLO/CILINDRO, ESCALA BEM MARCADA E SEM DESPRENDER TINTA DURANTE O USO, CILINDRO TRANSPARENTE, BICO COM PERFEITA FIXACAO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA, DESCARTAVEL, ESTERIL	NÃO
20	9029	EBS00084	3.200	UNIDADE	SERINGA DESCARTAVEL, NAO ESTERIL 10ml	385.647	SERINGA DOSADORA ORAL 10 ML. CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, INERTE AO CONTATO COM MEDICAMENTOS, ISENTA DE AGENTES POTENCIALMENTE PATOGÊNICOS, EM CORES PARA PROTEÇÃO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL E MILIMETRADA, PERFEITO AJUSTE ÊMBOLO-CILINDRO, TAMPA COM PERFEITA FIXAÇÃO.	NÃO

							ADAPTADOR UNIVERSAL HOSPITALAR CONFECCIONADO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICA, INERTE E FLEXÍVEL. DEVE ADAPTAR-SE A FRASCOS COM BOCAIS DE DIVERSOS TAMANHOS. NÃO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE	
21	9030	EBS00083	7.400	UNIDADE	SERINGA DESCARTAVEL, NAO ESTERIL 5ml	385.645	SERINGA DOSADORA ORAL 05 ML. CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, INERTE AO CONTATO COM MEDICAMENTOS, ISENTA DE AGENTES POTENCIALMENTE PATOGÊNICOS, EM CORES PARA PROTEÇÃO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL E MILIMETRADA, PERFEITO AJUSTE ÊMBOLO-CILINDRO, TAMPA COM PERFEITA FIXAÇÃO. ADAPTADOR UNIVERSAL HOSPITALAR CONFECCIONADO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICA, INERTE E FLEXÍVEL. DEVE ADAPTAR-SE A FRASCOS COM BOCAIS DE DIVERSOS TAMANHOS. NÃO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE A	NÃO
22	9031	EBS00082	14.000	UNIDADE	SERINGA DESCARTAVEL, NAO ESTERIL 3ml	385.646	SERINGA DOSADORA ORAL 03 ML. CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, INERTE AO CONTATO COM MEDICAMENTOS, ISENTA DE AGENTES POTENCIALMENTE PATOGÊNICOS, EM CORES PARA PROTEÇÃO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL E MILIMETRADA, PERFEITO AJUSTE ÊMBOLO-CILINDRO, TAMPA COM PERFEITA FIXAÇÃO. ADAPTADOR UNIVERSAL HOSPITALAR CONFECCIONADO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICA, INERTE E FLEXÍVEL. DEVE ADAPTAR-SE A FRASCOS COM BOCAIS DE DIVERSOS TAMANHOS. NÃO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE	NÃO
23	10530	EBS00019	800	UNIDADE	AGULHA P/PUNCAO RAQUID.,QUINCKE,20GX31/2	389.179	Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 20 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO

24	11088	EBS05358	20	UNIDADE	CATETER UMBIL.6 FR	437842	Cateter UMBILICAL 6,0 FR x 30 a 40 cm DE COMPRIMENTO, EM POLIURETANO, MONOLÚMEN, transparente, centimetrado cm a cm, linha RADIOPACA delgada em toda extensão do cateter. Conectores rosqueável em cada via. Atóxico, apirogênico, biocompatível. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual, resistente e segura. Abertura em pétala e asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aplicação: uso na punção de vaso umbilical de RECÉM NATO DE ALTO RISCO.	NÃO
25	11209	EBS02103	1.700	UNIDADE	SERINGA DESC. 60ML CONEC.TP.CATETER(SLIP	439637	Seringa DESCARTÁVEL 60 ml, COM BICO CATETER, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa, traços longos e secundários e numeração de 10 em 10 ml, números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	SIM
26	11741	EBS00020	36	UNIDADE	AGULHA P/PUNCAO RAQUID.,QUINCKE,20GX6";0000000117,000 "	389168	Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 20 G COM COMPRIMENTO DE 6 polegadas, em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
27	12306	EBS00010	1.300	UNIDADE	AGULHA P/BLOQUEIO DE PLEXO,22GX2	390226	Agulha ANESTESIA, aplicação para BLOQUEIO DE PLEXO, material aço inoxidável, centimetrada, dimensão 22 G x 2 polegadas, tipo ponta bisel especial 30°, canhão translúcido, tubo para injeção e aspiração em PVC, para uso com estimulador elétrico de nervos, protetor de agulha/polietileno de baixa densidade, conector universal, conector fêmea com tampa, para neuroestimulador, tipo uso estéril, descartável, atóxico, apirogênico. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO

							(VER CLAUSULAS ESPECIAIS-COMODATO)	
28	12422	EBS05123	15	UNIDADE	AGULHA ROSENTHAL P/BIOPSIA 35X16CM	395925	Agulha DE MIELOGRAMA 16 G x 33 mm (biópsia de medula óssea). AGULHA EM AÇO INOX. Tipo ROSENTHAL. Conexão para seringa tipo luer lock. ESTÉRIL. Tipo uso reusável, esterilidade autoclavável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação do produto e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	NÃO
29	13041	EBS00015	380	UNIDADE	AGULHA PERIDURAL 18G, TP. WEISS, DESC.	390.124	Agulha para ANESTESIA PERIDURAL COM ALETAS, calibre 18 G com comprimento de 3 1/2 em aço inox; com ponta CURVA e calcanhar cego (tipo TUOHY), isenta de rebarbas ou imperfeições; cânula demarcada em cm; canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
30	13042	EBS00011	680	UNIDADE	AGULHA PERIDURAL 16G, TP. WEISS, DESC.	390.121	Agulha para ANESTESIA PERIDURAL COM ALETAS, calibre 16 G com comprimento de 3 1/2 em aço inox; com ponta CURVA e calcanhar cego (tipo TUOHY), isenta de rebarbas ou imperfeições; cânula demarcada em cm; canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
31	13044	EBS00018	230	UNIDADE	AGULHA PERIDURAL 20G CURTA,TP. WEISS	390193	Agulha para ANESTESIA PERIDURAL COM ALETAS, calibre 20 G com comprimento de 2 em aço inox; com ponta CURVA e calcanhar cego (tipo TUOHY), isenta de rebarbas ou imperfeições; cânula demarcada em cm; canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
32	13045	EBS00033	350	UNIDADE	CATETER EPIDURAL INFANTIL	455932	Cateter descartável em nylon para ANESTESIA EPIDURAL, PONTA ROMBA com orifícios múltiplos, para uso com agulha 18 G, medindo 90 cm (+/- 05 cm) de comprimento x 0,9 a 1,1 mm	NÃO

							de diâmetro externo, maleável, possuir orifício atraumático, com marca radiopaca, com marcas indicadoras do comprimento introduzido. Estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	
33	13046	EBS05270	780	UNIDADE	SERINGA DE PERDA DE RESISTENCIA	439.620	Seringa descartável DE PERDA DE RESISTÊNCIA DE 10 ml, fabricada EM POLIURETANO, específica para localização do espaço peridural, corpo graduado em ml, êmbolo livre de látex e CONEXÃO LUER SLIP, ESTÉRIL, atóxica, apirogênica. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, data de validade de esterilização, lote e registro na Anvisa/MS.	NÃO
34	13048	EBS00075	95.000	UNIDADE	SERINGA DESC. 03ML, BICO LUER LOCK	439.625	Seringa descartável 03 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	SIM
35	13049	EBS00076	220.000	UNIDADE	SERINGA DESC. 05ML, BICO LUER LOCK	439.624	Seringa descartável 05 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
36	13050	EBS00077	1.060.000	UNIDADE	SERINGA DESC. 10ML, BICO LUER LOCK	439.626	Seringa descartável 10 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO

37	13051	EBS00078	144.000	UNIDADE	SERINGA DESC. 20ML, BICO LUER LOCK	439627	Seringa descartável 20 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 5 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
38	13052	-	120	UNIDADE	SERINGA INSUL.1ML,S/ AG, LUER LOCK	439622	SERINGA PARA INSULINA DE 1ML, SEM AGULHA,U-100, SILICONIZADA, PERFEITO AJUSTE EMBOLO/CILINDRO, ESCALA BEM MARCADA E SEM DESPRENDER TINTA DURANTE O USO, CILINDRO TRANSPARENTE, BICO LUER LOCK COM PERFEITA FIXACAO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA, DESCARTAVEL, ESTERIL	NÃO
39	14320	EBS00016	50	UNIDADE	AGULHA DE PERID.TP WEISS, 18X6, OBESID."	390189	Agulha para ANESTESIA PERIDURAL OBESOS COM ALETAS, calibre 18 G com comprimento de 5 em aço inox; com ponta CURVA e calcanhar cego (tipo TUOHY), isenta de rebarbas ou imperfeições; cânula demarcada em cm; canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
40	14619	EBS00085	1.200	UNIDADE	SERINGA DESCARTAVEL, NAO ESTERIL 20ml	385.648	Seringa DOSADORA ORAL 20 ml. confeccionada em PVC ou polipropileno atóxico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, translúcida e em cores para proteção de medicamentos fotossensíveis, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo-cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico BIGLOCK, que impede o uso de agulha hipodérmica ou dispositivo endovenoso. Não estéril e descartável, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no MS/Anvisa. Item opcional: Etiqueta de identificação para seringa.	NÃO
41	16110	-	120	UNIDADE	AGULHA P/BIOPSIA DE MAMA 14GX10CM	409.938	AGULHA PARA BIOPSIA DE MAMA PERCUTANEA ORIENTADA POR ESTEREOTAXIA OU ECOGRAFIA, CALIBRE 14 GAUGE POR 10CM DE COMPRIMENTO, CENTIMETRADA, C/ PONTA ECOGENICA, PARA USO COM PISTOLA 2.2 (REUSAVEL). ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EM	NÃO

							EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA E DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.(PISTOLA EM CESSÃO DE USO - VIDE EDITAL)	
42	16671	EBS00092	198.000	UNIDADE	LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR	338.605	Lanceta universal para amostra de sangue capilar com agulha 21 a 24 G (ADULTO). Sistema de punção retrátil estéril de uso único. Profundidade de penetração 1,5 mm a 2,0 mm; diâmetro da agulha: 0,36 mm (+/- 2); lanceta trifacetada e siliconada; COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo a NR 32 corpo do lancetador e gatilho compostos por polipropileno. Embalagem contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
43	16717	NÃO TEM	96	UNIDADE	CONJ.CATETER VENOSO CENTRAL T.SELDINGER	437.285	CONJUNTO PARA CATETERIZACAO VENOSA CENTRAL DO TIPO TECNICA DE "SELDINGER", COMPOSTO DE: CATETER MONOLUMEN RADIOPACO, 14G, COM GRADUACOES BEM VISIVEIS, AGULHA INTRODUTORA 18G, FIO GUIA EM ACO INOXIDAVEL, MALEAVEL SEM DEFORMAR, PERMITINDO A FACIL PROGRESSAO DO CATETER, FIXADOR PARA CATETER, GRAMPO PARA CATETER SERINGA DE 5 ML, DILATADOR DE TECIDOS. ESTERIL, DESCARTAVEL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA.	NÃO
44	17103	-	300	unidade	INFUSOR QUIMIOTERAPIA P/ ESQUEMA FOLFOX	452.512	BOMBA DE INFUSAO PORTATIL ELASTOMERA CONTENDO CAMARA DE PROTECAO DO ELASTOMERO, TRANSPARENTE E GRADUADA, ELASTOMERO EM SILICONE, VALVULA DE ENCHIMENTO COM CONEXAO LUER-LOCK, FILTRO ELIMINADOR DE AR, BARREIRA CONTRA CONTAMINANTES DE 0,22 MICRAS, CLAMP CORTA-FLUXO, VALVULA DE FLU XO PROGRAMADO, EXTREMIDADE DO EQUIPO COM CONEXAO LUER-LOCK.DESCARTAVEL VOLUME TOTAL DE 100ML, TAXA DE FLUXO DE 2 ML/HORA.DEVE ACOMPANHAR BOLSA AJUSTAVEL PARA ACONDICIONAMENTO.(INFUSOR QUIMIOTERAPIA PARA ESQUEMA FOLFOX)	NÃO
45	17171	EBS05116	160	UNIDADE	GUIA DE BIOPSIA ENDOCAVITARIA-MEDISON	416626	guia de biópsia para transdutor endocavitário. produto estéril descartável de material plástico. compatível com (APARELHO DE ULTRASOM DA MARCA MEDISON - MODELO ACCUVIX V10, PARA REALIZACAO DE BIOPSIA DE PROSTATA COM AGULHAS DE CALIBRE 22G A 16G . EMBALAGEM INDIVIDUAL).	NÃO
46	17423	EBS02233	3.000	unidade	CONJUNTO MONITORIZACAO DE PRESSAO INVAS.	456767	Kit TRANSDUTOR DE PRESSÃO PARA MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO	NÃO

							ARTERIAL INVASIVA, USO ADULTO, EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, biocompatível, transparente e incolor. Contendo: equipo com câmara de gotejamento flexível e filtro para solução; pinça reguladora de fluxo, e conector macho rosqueável; transdutor de pressão COM FLUXO CONSTANTE DE 3 ml/h, translúcido, com válvula de fluxo rápido para lavagem do sistema, vias de entrada e saída com conectores rosqueáveis, 2 torneirinhas de 2 vias com conectores rosqueáveis e tampa protetora e conector para o monitor; duas extensões de baixa complacência e alta resistência totalizando APROXIMADAMENTE 150 cm. Material atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. (VER CLAUSULAS ESPECIAIS)	
47	17447	EBS00040	21.000	UNIDADE	CATETER INTRAV. PER. 24G C/DISP.SEG.	437180	Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, n° 24 G com comprimento de 19 mm a 30 mm, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR 32. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
48	17448	EBS00041	9.200	UNIDADE	CATETER INTRAV. PER. 24G NEO C/DISP SEG.	441.271	Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, n° 24 G com comprimento de 15 mm (+/- 1), USO NEONATAL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR 32. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO

49	17449	EBS00039	46.000	UNIDADE	CATETER INTRAV. PER. 22G C/DISP.SEG.	438244	Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, n° 22 G com comprimento de 25 mm, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR 32. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
50	17450	EBS00038	50.000	UNIDADE	CATETER INTRAV. PER. 20G C/DIPS.SEG.	437178	Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, n° 20 G, com comprimento de 32 mm, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR 32. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
51	17451	EBS05210	45.600	UNIDADE	CATETER INTRAV. PER. 18G C/DISP.SEG.	437177	Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, n° 18 G, com comprimento cerca de 45 mm, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR 32. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
52	17453	EBS05209	2.300	UNIDADE	CATETER INTRAV. PER. 16G C/DISP.SEG.	460347	Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, n° 16 G, COM COMPRIMENTO DE 32 mm, COM DISPOSITIVO DE	NÃO

							SEGURANÇA segundo a NR 32. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, CATETER EM POLIURETANO OU VIALON, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita conexão com extensores e seringas. RADIOPACO, ESTÉRIL, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	
53	17454	EBS00035	2.100	UNIDADE	CATETER INTRAV. PER. 14G C/DISP.SEG.	437.175	Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, n° 14 G, com comprimento cerca de 45 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR 32. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização.	NÃO
54	17478	EBS05273	162.200	UNIDADE	LANCETA P/ COLETA SANGUE,NEONATOLOGIA	389338	Lanceta universal para amostra de sangue capilar com agulha 30 G (NEONATAL/PEDIÁTRICO). Sistema de punção retrátil, estéril, de uso único. PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO: 1,2 mm a 1,5 mm; DIÂMETRO DA AGULHA: 0,36 mm (+/- 1); lanceta trifacetada e siliconada; COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo a NR 32 corpo do lancetador e gatilho compostos por polipropileno. Embalagem contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
55	17699	EBS00027	600	UNIDADE	AGULHA P/ANEST. RAQ. PTA DE LAPIS 27G	388561	Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 27 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, em aço inox, com ponta TIPO LÁPIS (whitacre) com mandril metálico, orifício lateral, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO

56	17763	EBS00023	120	UNIDADE	AGULHA P/RAQUIANESTESIA P/OBESIDADE	389.231	Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 25 G COM COMPRIMENTO DE 4 3/4 polegadas, em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
57	17893	EBS00087	1.000	UNIDADE	DISPOSITIVO P/ INFUSAO N.19 C/DISP.SEG	437164	Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) nº 19, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock, com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do produto, embalagem resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
58	17894	EBS00088	3.600	unidade	DISPOSITIVO P/ INFUSAO N.21 C/DISP.SEG	437166	Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) nº 21, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock, com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do produto, embalagem resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
59	17895	EBS00089	5.200	UNIDADE	DISPOSITIVO P/ INFUSAO N.23 C/DISP.SEG	437167	Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) nº 23, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock, com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do produto, embalagem resistente com abertura em pétala	NÃO

							asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	
60	17896	EBS00090	26.400	unidade	DISPOSITIVO P/ INFUSAO N.25 C/DISP.SEG	437.165	Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) nº 25, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock, com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do produto, embalagem resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
61	17897	EBS00091	840	unidade	DISPOSITIVO P/ INFUSAO N.27 C/DISP.SEG	437.187	Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) nº 27, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock, com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do produto, embalagem resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
62	17903	EBS05211	500	UNIDADE	SERINGA INSUL. 0,5ML,C/AGULHA,C/DISP.SE	460663	Seringa PARA INSULINA DE 0,5 ml (50 UI), COM AGULHA FIXA e curta sem espaço residual, de 6 a 8 mm x 0,23 a 0,38 mm ou 30 G x 5/16 pol., bisel trifacetado, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO E TRANSPARENTE, atóxico, com graduação externa milimetrada de 1 em 1 unidades, nítida e permanente, êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada, SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32, apirogênica, ESTÉRIL e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, deverá atender a RDC nº 3 de 04/02/2011.	NÃO
63	18485	EBS00004	44.400	UNIDADE	AGULHA HIPODERMICA C/DISP.NR 32 25X6	397507	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 0,6 MM OU 23 G 1. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL RETA, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL, LIVRE DE REBARBAS E RESÍDUOS DE MANUFATURA DO AÇO, ATÓXICO, ENCAIXE SEGURO E PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA E	NÃO

							SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	
64	18486	EBS00006	92.400	UNIDADE	AGULHA HIPODERMICA C/DISP.NR 32 25X8	397503	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 0,8 MM OU 21 G 1. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL RETA, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL, LIVRE DE REBARBAS E RESÍDUOS DE MANUFATURA DO AÇO, ATÓXICO, ENCAIXE SEGURO E PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA E SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	NÃO
65	18487	EBS00007	102.600	UNIDADE	AGULHA HIPODERMICA C/DISP.NR 32 30X7	397506	Agulha HIPODÉRMICA 30 x 0,7 mm ou 22 G 1 1/4. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
66	18488	EBS04915	28.000	UNIDADE	AGULHA HIPODERMICA C/DISP.NR 32 40X8	397503	Agulha HIPODÉRMICA 40 x 0,8 mm ou 21 G 1 1/2. Cânula de AÇO INOXIDÁVEL RETA, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. ESTÉRIL. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	SIM
67	18490	EBS00001	19.000	UNIDADE	AGULHA HIPODERMICA C/DISP.NR 32 13X3	397516	AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 0,30 A 13 X 0,38 MM OU 30 G 1/2. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL RETA, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL, LIVRE DE REBARBAS E RESÍDUOS DE MANUFATURA DO AÇO, ATÓXICO, ENCAIXE SEGURO E PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA E SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM	NÃO

							ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	
68	18498	EBS00030	1.200.000	UNIDADE	AGULHA PONTA ROMBA P/DILUICAO(25X12)	439821	Agulha para ASPIRAÇÃO, PONTA ROMBA 25 x 1,2 mm ou 18 G 1. Cânula de aço inoxidável reta, siliconada, bisel simples canhão translúcido com adaptação universal, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
69	18506	EBS01244	30	UNIDADE	AGULHA PUNCAO HUBER 20G/15MM C/DISP SEG.	439.879	Agulha tipo HUBER com angulação de 90 graus, 20 G x 15 mm, para punção de reservatório de infusão de longa duração, estéril, apirogênica, isenta de aspereza, siliconizado, devendo proporcionar punção precisa sem traumatismo dos tecidos e do silicone do reservatório; com tubo em PVC transparente de 20 cm (+/- 2 cm), com clamp e conetor luer lock; com suporte em plástico flexível que permita fixação rente a pele. Com DISPOSITIVO DE SEGURANÇA conforme a NR 32.	NÃO
70	18507	EBS04970	3.000	UNIDADE	AGULHA PUNCAO HUBER 20G/19A20MM DISP SEG	439.878	Agulha tipo HUBER COM ANGULAÇÃO DE 90 GRAUS, 20 G x 20 (+/- 1) mm, para punção de reservatório de infusão de longa duração, ESTÉRIL, apirogênica, isenta de aspereza, siliconizado, devendo proporcionar punção precisa sem traumatismo dos tecidos e do silicone do reservatório; com tubo em PVC transparente de 20 cm (+/- 2 cm), com clamp e conetor luer lock; com suporte em plástico flexível que permita fixação rente a pele. Com dispositivo de segurança conforme a NR 32.	NÃO
71	18508	EBS01245	800	UNIDADE	AGULHA PUNCAO HUBER 20G/25MM DISP.SEG.	439.877	Agulha tipo HUBER com angulação de 90 graus, 20 G x 25 mm, para punção de reservatório de infusão de longa duração, estéril, apirogênica, isenta de aspereza, siliconizado, devendo proporcionar punção precisa sem traumatismo dos tecidos e do silicone do reservatório; com tubo em PVC transparente de 20 cm (+/- 2 cm), com clamp e conetor luer lock; com suporte em plástico flexível que permita fixação rente a pele. Com DISPOSITIVO DE SEGURANÇA conforme a NR 32.	NÃO
72	18841	-	20	UNIDADE	AGULHA P/ANEST. RAQ. PTA DE LAPIS 25G	389.230	AGULHA PARA ANESTESIA/PUNÇÃO RAQUIDIANA PONTA DE LAPIS(TIPO WHITACRE) EM AÇO INOX; CALIBRE 25G; COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,5MM DE DIÂMETRO E 8,9CM DE COMPRIMENTO; PONTA ISENTA DE CORTE; ORIFÍCIO LATERALISENTO DE	NÃO

							CORTE E REBARBAS; CÂNULA DE PAREDES FINAS; CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO E INTERNAMENTE CÔNICO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA E ROTULAGEM CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE. **uso exclusivo na Neurologia, coleta de líquor- ambulatório e clinica	
73	18871	EBS00009	130.000	UNIDADE	AGULHA HIPODERMICA C/DISP. NR32 40X12	397.494	Agulha HIPODÉRMICA 40 x 1,2 mm ou 18 G 1 1/2. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
74	18904	EBS02238	360	unidade	PUNCH DESCARTAVEL P/BIOPSIA DE PELE,3MM	431784	Punch PARA BIÓPSIA CUTÂNEA 3 mm, lâmina cilíndrica EM AÇO, afiada. Cabo em plástico com apoio anatômico. Estéril, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote.	NÃO
75	19012	EBS00002	72.000	UNIDADE	AGULHA HIPODERMICA C/DISP.NR 32,13X4-4,5	397513	Agulha HIPODÉRMICA 13 x 0,45 mm ou 26 G 1/2. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
76	19297	EBS05216	300	unidade	KIT SERINGA 200ML BOMBA INJETORA(RM/TC)	458075	Seringa: KIT DE SERINGAS PARA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE, para USO EM TOMOGRAFIAS. CONTENDO DUAS SERINGAS DE 200 ml, UM EXTENSOR ESPIRALADO com conector T e dois SPIKES (perfuradores para abastecimento). Material: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 200 ml, esterilidade: ESTÉRIL, descartável, embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. Deve ser compatível com bomba injetora de contraste COM O SISTEMA DE INJECAO STELLANT D, MEDRAD da instituição.	NÃO
77	19382	EBS05092	400	unidade	ELETRODO AGULHA CONC.P/ELETROMIO,DESCART	461282	Eletrodo PARA MONITORIZAÇÃO NEURO, agulha, CONCÊNTRICA, com	NÃO

							fio central de prata, AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: 38 x 0,45 mm, SEM CABO, ESTÉRIL, uso único.	
78	19666	EBS06689	680	unidade	DISPOSITIVO P/ COLETA,ESCALPE,21G,C/NR32	437173	Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) 21 G. Componentes: agulha de aço inox, trifacetada e siliconizada; com asa de fixação; tubo extensor com 7 polegadas, conector padrão com tampa; adaptador PARA COLETA À VÁCUO (múltiplas coletas), com sistema de segurança (NR 32); estéril, descartável. Apresentação: embalagem individual. unidade laboratório materiais laboratoriais	NÃO
79	19729	EBS08431	180	UNIDADE	AGULHA ESCLEROSE VARIZES COLON,DESC,21X5	439895	CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO. CÂNULA ENDOSCOPIA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 21 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	NÃO
80	20267	EBS04946	36	unidade	PUNCH DESCARTAVEL P/BIOPSIA DE PELE,5M	431780	PUNCH PARA BIÓPSIA CUTÂNEA 5 mm, lâmina cilíndrica EM AÇO, afiada. CABO EM PLÁSTICO com apoio anatômico. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote.	NÃO
81	20268	EBS02240	100	UNIDADE	PUNCH DERCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PELE,6	431781	Punch PARA BIÓPSIA CUTÂNEA 6 mm, lâmina cilíndrica EM AÇO, afiada. Cabo em plástico com apoio anatômico. Estéril, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote.	NÃO
82	20269	-	100	UNIDADE	PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PELE,8	304072	Punch PARA BIÓPSIA CUTÂNEA 8 mm, lâmina cilíndrica EM AÇO, afiada. Cabo em plástico com apoio anatômico. Estéril, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote.	NÃO
83	21361	EBS09092	400	UNIDADE	AGULHA HIPODERMICA DESC.20X5.5(24GX3/4")	439811	Agulha HIPODÉRMICA 20 x 0,55 mm ou 24 G 3/4. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas	SIM

							e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. SEM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	
84	22659	-	120	UNIDADE	AGULHA P/BIOPSIA DE MAMA 14GX12CM	406.011	AGULHA PARA BIOPSIA DE MAMA PERCUTANEA ORIENTADA POR ESTEREOTAXIA OU ECOGRAFIA, CALIBRE 14 GAUGE POR 12CM DE COMPRIMENTO,CENTIMETRADA,COM PONTA ECOGENICA, PARA USO COM PISTOLA 2.2 (REUSAVEL). ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA E DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.(PISTOLA EM CESSAO DE USO - VIDE EDITAL) (PARA USO NA UDIM - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM)	NÃO
85	22660	-	120	UNIDADE	AGULHA P/BIOPSIA DE MAMA 14GX16CM	409.940	AGULHA PARA BIOPSIA DE MAMA PERCUTANEA ORIENTADA POR ESTEREOTAXIA OU ECOGRAFIA, CALIBRE 14 GAUGE POR 16CM DE COMPRIMENTO,CENTIMETRADA,COM PONTA ECOGENICA, PARA USO COM PISTOLA 2.2 (REUSAVEL). ESTERIL, DES CARTAVEL, DE USO UNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA E DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.(PISTOLA EM CESSAO DE USO - VIDE EDITAL) (PARA USO NA UDIM - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM).	NÃO
86	23072	EBS05078	17.700	UNIDADE	SERINGA DESC.P/INSULINA 1ML,LUER LOCK	439663	Seringa para INSULINA de 1 mL (100UI), COM AGULHA de 13 x 0,33 (+/- 0,3) mm ou 29 G x 1/2, bisel trifacetado, confeccionada em polipropileno translúcido e transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada com intervalo de 10 em 10 UI, com subdivisão de 2 em 2 unidades, nítida e permanente. Tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada. Sistema de segurança segundo NR 32. Apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
87	23265	-	1.400	UNIDADE	DISPOSITIVO CONEXAO SIST.FECHADO LUER	455852	DISPOSITIVO DE CONEXAO P/SERINGA SISTEMA FECHADO, LIVRE DE AGULHAS,PROMOVE BARREIRA MECANICA E MICROBIOLOGICA,APIROGENICO,USO UNICO,PARA CONEXAO TIPO LUER EM SERINGA COM SISTEMA DE TRAVA QUE IMPEÇA O DESENCAIXE. TAMANHO UNIVERSAL. (PARA	NÃO

							MANIPULACAO DE DROGAS ANTINEOPLASICAS) - VER CLAUSULAS ESPECIAIS	
88	23266		2.880	UNIDADE	DISPOSITIVO ACESSO SISTEMA FECHADO	386472	DISPOSITIVO DE ACESSO AO FRASCO/AMPOLA SISTEMA FECHADO,MECANICAMENTE FECHADO PARA ACESSO AO FRASCO COM RETENCAO DE VAPORES, ATRAVES DE CAMARA EQUALIZADORA DE PRESSAO,SELADO MICROBIOLOGICAMENTE, APIROGENICO,USO UNICO.TAMANHO UNIVERSAL COM ENCAIXE EM FRASCO DE GARGALO DE 20MM. (PARA MANIPULACAO DE DROGAS ANTINEOPLASICAS) - VER CLAUSULAS ESPECIAIS	NÃO
89	23267	-	2.200	unidade	DISPOSITIVO ACESSO BOLSA SORO SIST FECH.	386472	DISPOSITIVO DE ACESSO A BOLSA DE SORO SISTEMA FECHADO COM CONECTOR ENTRE RECIPIENTE ENDOVENOSO E EQUIPO DE INFUSAO QUE PERMITE A ADICAO DE MEDICAMENTOS, MANTENDO O SISTEMA FECHADO,SEM FORMACAO DE AEROSSOL E EXTRAVASAMENTO. USO UNICO. TAMANHO UNIVERSAL. (PARA MANIPULACAO DE DROGAS ANTINEOPLASICAS) -VER CLAUSULAS ESPECIAIS	NÃO
90	23818	-	90	UNIDADE	CÂNULA COAXIAL 17GX15CM (13 A 15 CM)	402.130	CÂNULA INTRODUTORA COAXIAL PARA PROCEDIMENTOS PERCUTÂNEOS,USADA COMO A CESSÓRIO EM BIÓPSIAS DE TECIDOS MOLE. TAMANHO 17G POR 13,0 A 15 CM. CÂNULA COM PONTA ROMBA. MANDRIL COM PONTA PIRAMIDAL. CÂNULA COM MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS E MARCADOR DE PROFUNDIDADE.CONEXÃO LUER LOK QUE PERMITA ENCAIXE DE SERINGA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO ETILENO (ETO).INVÓLUCRO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO INFORMAÇÕES COMO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,NÚMERO DE LOTE,REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE CONTROLE,CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	NÃO
91	23819	-	70	UNIDADE	CÂNULA COAXIAL 17GX10CM (09 A 11 CM)	402.130	CÂNULA INTRODUTORA COAXIAL PARA PROCEDIMENTOS PERCUTÂNEOS, USADA COMO ACESSÓRIO EM BIÓPSIAS DE TECIDOS MOLE.TAMANHO 17G POR 09 A 11 CM.CÂNULA COM PONTA ROMBA.MANDRIL COM PONTA PIRAMIDAL.CÂNULA COM MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS E MARCADOR DE PROFUNDIDADE. CONEXÃO LUER LOK QUE PERMITE ENCAIXE DE SERINGA.CONFECCIONADAEM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.ESTERILIZADA POR ÓXIDO	NÃO

							ETILENO (ETO).INVÓLUCRO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA,CONTENDO INFORMAÇÕES COMO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	
92	23820	-	24	UNIDADE	CÂNULA COAXIAL 17GX5CM (3,9 A 6 CM)	402.130	CÂNULA INTRODUTORA COAXIAL PARA PROCEDIMENTOS PERCUTÂNEOS, USADA COMO ACESSÓRIO EM BIÓPSIAS DE TECIDOS MOLE.TAMANHO 17G POR 3,9 A 6 CM.CÂNULA COM PONTA ROMBA. MANDRIL COM PONTA PIRAMIDAL. CÂNULA COM MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS E MARCADOR DE PROFUNDIDADE.CONEXÃO LUER LOK QUE PERMITE ENCAIXE DE SERINGA.CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL,DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.ESTERILIZADA POR ÓXIDO ETILENO (ETO).INVÓLUCRO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO INFORMAÇÕES COMO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE,REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	NÃO
93	23981	-	6.000	UNIDADE	AGULHA HIPODERMICA 13X3	397.516	AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 0,3 a 13 X 0,38 MM OU 30 G 1/2". CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL RETA, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL CURTO TRIFACETADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL, ENCAIXE SEGURO E PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.(USO EXCLUSIVO DA OFTALMOLOGIA	NÃO
94	24274	-	24	UNIDADE	CATETER DRENAGEM PERCUT.PIGTAIL 10 FR	455.974	CATETER DE DRENAGEM POR VIA PERCUTANEA DE ABCESSOS/COLECOES ABDOMINAIS TAMANHO DE 10 FR POR 25 CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM POLIURETANO, MALEAVEL, RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, COM REVESTIMENTO HIDROFILICO, RESISTENTE A TORCAO E A INCRUSTACAO. FIO DE SEGURANÇA PARA A TRAVA DO PIGTAIL PROPORCIONANDO SEGURANCA AO PACIENTE. PONTA DISTAL COM CURVATURA TIPO PIGTAIL LUMEN INTERNO EXTERNO COM NO MINIMO 4 ORIFICIOS DE DRENAGEM.DEVENDO ACOMPANHAR BOLSA COLETORA GRADUADA. DESCARTAVEL, ESTERIL. INVOLUCRO QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO INFORMACOES COMO IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,	NÃO

							NUMERO DE LOTE,REGISTRO NOS ORGAOS DE CONTROLE, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE	
95	24275	-	24	UNIDADE	CATETER DRENAGEM PERCUT.PIGTAIL 12 FR	455.977	CATETER DE DRENAGEM POR VIA PERCUTANEA DE ABCESSOS/COLECOES ABDOMINAIS TAMANHO DE 12 FR POR 25 CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM POLIURETANO, MALEAVEL, RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, COM REVESTIMENTO HIDROFILICO, RESISTENTE A TORCAO E A INCRUSTACAO. FIO DE SEGURANCA PARA A TRAVA DO PIGTAIL PROPORCIONANDO SEGURANCA AO PACIENTE. PONTA DISTAL COM CURVATURA TIPO PIGTAIL LUMEN INTERNO EXTERNO COM NO MINIMO 4 ORIFICIOS DE DRENAGEM.DEVENDO ACOMPANHAR BOLSA COLETORA GRADUADA. DESCARTAVEL, ESTERIL. INVOLUCRO QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO INFORMACOES COMO IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE,REGISTRO NOS ORGAOS DE CONTROLE, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.	NÃO
96	24276	-	144	UNIDADE	CATETER DRENAGEM PERCUT.PIGTAIL 14 FR	462.260	CATETER DE DRENAGEM POR VIA PERCUTANEA DE ABCESSOS/COLECOES ABDOMINAIS TAMANHO DE 14 FR POR 25 CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM POLIURETANO, MALEAVEL, RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, COM REVESTIMENTO HIDROFILICO, RESISTENTE A TORCAO E A INCRUSTACAO. FIO DE SEGURANCA PARA A TRAVA DO PIGTAIL PROPORCIONANDO SEGURANCA AO PACIENTE. PONTA DISTAL COM CURVATURA TIPO PIGTAIL LUMEN INTERNO EXTERNO COM NO MINIMO 4 ORIFICIOS DE DRENAGEM.DEVENDO ACOMPANHAR BOLSA COLETORA GRADUADA. DESCARTAVEL, ESTERIL. INVOLUCRO QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO INFORMACOES COMO IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE,REGISTRO NOS ORGAOS DE CONTROLE, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.	NÃO
97	24301	-	240	UNIDADE	AGULHA BIOPSIA OSSEA(JAMSHIDI)8GX10CM	395.909	AGULHA PARA BIÓPSIA ÓSSEA PERCUTÂNEA. TAMANHO 08 G POR 10 CM DE COMPRIMENTO TIPO JAMSHIDI, PONTA AFUNILADA, CÂNULA COM COROA SERRILHADA. MANDRIL COM PONTA PIRAMIDAL TRIFACETADA OU DUPLO DIAMANTE. CÂNULA COM MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS E MARCADOR DE PROFUNDIDADE. CONEXÃO LUERLOCK QUE PERMITE ENCAIXE DE SERINGA.EXTRATOR DE AMOSTRA COM MARCAÇÃO CENTIMETRADA.EMPUNHADURA LEVE, COM	NÃO

							MAÇANETA QUE PERMITE APLICAÇÃO DE PRESSÃO SEM DESCONFORTO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR DESCONFORTO.CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL,DESCARTÁVEL ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO ETILENO (ETO). INVÓLUCRO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO INFORMAÇÕES COMO IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE CONTROLECONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. USO ÚNICO. VER CLAUSULA ESPECIAL	
98	24302	-	200	UNIDADE	AGULHA BIÓPSIA ÓSSEA(JAMSHIDI)11GX10CM	418.786	AGULHA PARA BIÓPSIA ÓSSEA PERCUTÂNEA. TAMANHO 11 G POR 10 CM DE COMPRIMENTO. TIPO JAMSHIDI, PONTA AFUNILADA,CÂNULA COM COROA SERRILHADA.MANDRIL COM PONTA PIRAMIDAL, TRIFACETADA OU DUPLO DIAMANTE.CÂNULA COM MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS E MARCADOR DE PROFUNDIDADE. CONEXÃO LUERLOCK QUE PERMITE ENCAIXE DE SERINGA.EXTRATOR DE AMOSTRA COM MARCAÇÃO CENTIMETRADA.EMPUNHADURA LEVE, COM MAÇANETA QUE PERMITE APLICAÇÃO DE PRESSÃO SEM DESCONFORTO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVELDESCARTÁVEL,ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO ETILENO (ETO). INVÓLUCRO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO INFORMAÇÕES COMO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE CONTROLE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. USO ÚNICO.VER CLAUSULA ESPECIAL.	NÃO
99	24303	-	84	UNIDADE	AGULHA BIÓPSIA ÓSSEA (JAMSHIDI)13GX10CM	412.107	AGULHA PARA BIÓPSIA ÓSSEA PERCUTÂNEA. TAMANHO 13 G POR 10 CM DE COMPRIMENTO. TIPO JAMSHIDI, PONTA AFUNILADA,CÂNULA COM COROA SERRILHADA.MAN DRIL COM PONTA PIRAMIDAL, TRIFACETADA OU DUPLO DIAMANTE.CÂNULA COM MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS E MARCADOR DE PROFUNDIDADE. CONEXÃO LUERLOCK QUE PERMITE ENCAIXE DE SERINGA.EXTRATOR DE AMOSTRA COM MARCAÇÃO CENTIMETRA DA.EMPUNHADURA LEVE, COM MAÇANETA QUE PERMITE APLICAÇÃO DE PRESSÃO SEM DESCONFORTO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVELDESCARTÁVEL,ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO ETILENO (ETO). INVÓLUCRO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO INFORMAÇÕES COMO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE CONTROLE CONFORME	NÃO

							LEGISLAÇÃO VIGENTE. USO ÚNICO. VER CLAUSULA ESPECIAL	
100	24304	-	600	UNIDADE	AGULHA ÓSSEA(JAMSHIDI)8GX15CM	BIÓPSIA	395.909	AGULHA PARA BIÓPSIA ÓSSEA PERCUTÂNEA. TAMANHO 08 G POR 15 CM DE COMPRIMENTO. TIPO JAMSHIDI PONTA AFUNILADA CÂNULA COM COROA SERRILHADA. MANDRIL COM PONTA PIRAMIDAL, TRIFACETADA OU DUPLO DIAMANTE.CÂNULA COM MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS E MARCADOR DE PROFUNDIDADE.CONEXÃO LUERLOCK QUE PERMITE ENCAIXE DE SERINGA. EXTRATOR DE AMOSTRA COM MARCAÇÃO CENTIMETRADA. EMPUNHADURA LEVE, COM MAÇANETA QUE PERMITE APLICAÇÃO DE PRESSÃO SEM DESCONFORTO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL ESTERILIZADA POR ÓXIDO ETILENO (ETO).INVÓLUCRO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO INFORMAÇÕES COMO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE CONTROLE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. USO ÚNICO. VER CLAUSULA ESPECIAL.	NÃO
101	24312	-	192	UNIDADE	AGULHA ÓSSEA(JAMSHIDI)11GX15CM	BIÓPSIA	437.551	AGULHA PARA BIÓPSIA ÓSSEA PERCUTÂNEA. TAMANHO 11 G POR 15 CM DE COMPRIMENTO. TIPO JAMSHIDI PONTA AFUNILADA CÂNULA COM COROA SERRILHADA. MANDRIL COM PONTA PIRAMIDAL, TRIFACETADA OU DUPLO DIAMANTE.CÂNULA COM MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS E MARCADOR DE PROFUNDIDADE.CONEXÃO LUERLOCK QUE PERMITE ENCAIXE DE SERINGA. EXTRATOR DE AMOSTRA COM MARCAÇÃO CENTIMETRADA. EMPUNHADURA LEVE, COM MAÇANETA QUE PERMITE APLICAÇÃO DE PRESSÃO SEM DESCONFORTO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL ESTERILIZADA POR ÓXIDO ETILENO (ETO).INVÓLUCRO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO INFORMAÇÕES COMO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE CONTROLE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. USO ÚNICO. VER CLAUSULA ESPECIAL	NÃO
102	24313	-	96	UNIDADE	AGULHA ÓSSEA(JAMSHIDI)13GX15CM	BIÓPSIA	412.107	AGULHA PARA BIÓPSIA ÓSSEA PERCUTÂNEA. TAMANHO 13 G POR 15 CM DE COMPRIMENTO. TIPO JAMSHIDI PONTA AFUNILADA CÂNULA COM COROA SERRILHADA. MANDRIL COM PONTA PIRAMIDAL, TRIFACETADA OU DUPLO DIAMANTE.CÂNULA COM MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS E MARCADOR DE PROFUNDIDADE.CONEXÃO LUERLOCK QUE PERMITE ENCAIXE DE SERINGA.	NÃO

							EXTRATOR DE AMOSTRA COM MARCAÇÃO CENTIMETRADA. EMPUNHADURA LEVE, COM MAÇANETA QUE PERMITE APLICAÇÃO DE PRESSÃO SEM DESCONFORTO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL ESTERILIZADA POR ÓXIDO ETILENO (ETO).INVÓLUCRO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO INFORMAÇÕES COMO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE CONTROLE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. USO ÚNICO. VER CLAUSULA ESPECIAL	
103	24315	EBS04917	600	UNIDADE	AGULHA P/BLOQUEIO PLEXO 21G X 100MM	390.225	Agulha ANESTESIA, aplicação para BLOQUEIO DE PLEXO, material aço inoxidável, centimetrada, DIMENSÃO 21 G x 4 polegadas, tipo ponta bisel especial 30°, canhão translúcido, tubo para injeção e aspiração em PVC, para uso com estimulador elétrico de nervos, protetor de agulha/polietileno de baixa densidade, conector universal, conector fêmea com tampa, para neuroestimulador, tipo uso estéril, descartável, atóxico, apirogênico. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	NÃO
104	24498	EBS00055	1.980	UNIDADE	Cateter tipo óculos, tamanho neonatal	282235	Cateter nasal, TIPO ÓCULOS. Tamanho NEONATAL, cerca de 2,10 m, aplicação: oxigenoterapia. Tubo em PVC flexível, pronga em material flexível com contorno arredondado. A prova de deformação e torção, com anel de ajuste em látex / silicone, adaptador conector universal para umidificador. Descartável, estéril, embalagem individual e de fácil manuseio, com identificação do produto, lote e validade.	NÃO
105	24499	EBS00056	5.760	UNIDADE	Cateter tipo óculos, tamanho pediátrico	282205	Cateter nasal, TIPO ÓCULOS. Tamanho PEDIÁTRICO, cerca de 2,10 m, aplicação: oxigenoterapia. Tubo em PVC flexível, pronga em material flexível com contorno arredondado. A prova de deformação e torção, com anel de ajuste em látex / silicone, adaptador conector universal para umidificador. Descartável, estéril, embalagem individual e de fácil manuseio, com identificação do produto, lote e validade.	NÃO
106	24782	EBS05356	144	UNIDADE	CATETER UMBILICAL 2,5 FR X 30CM	437.843	cateter umbilical 2,5 fr x 30 cm de comprimento, em poliuretano, monolúmen, transparente, centimetrado cm a cm, linha radiopaca delgada em toda a extensão do cateter. conector rosqueável. atóxico, apirogênico, biocompatível. estéril e descartável. embalagem individual, resistente e	NÃO

							segura. abertura em pétala e asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. aplicação: uso na punção de vaso umbilical de recém nato de alto risco.	
107	25028	EBS005011	1.152	UNIDADE	SERINGA DESCARTÁVEL 200 ML C/SPIKE P/ CT	439649	SERINGA DESCARTÁVEL 200 ML GUERBET SERINGA PARA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE 200 ML, ISENTO DE LÁTEX, SEM AGULHA, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE E INCOLOR, MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, APIROGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA TRANSPARENTE ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. DEVE SER ORIGINAL DA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE DA MARCA LIEBEL FLARSHEIM - GUERBET, MODELO OPTIVANTAGE P/ CT DUAL HEAD.	NÃO
108	25088	-	120	UNIDADE	CATETER UMBILICAL 3,5FR,DUPLO LUMEN,35CM	437925	CATETER UMBILICAL, 3,5 FRENCH, DUPLO LÚMEN, DESTINADO A CANULIZAÇÃO UMBILICAL CONFECCIONADO EM POLIURETANO TRANSPARENTE, BIOCOMPATÍVEL, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 35 CM, GRADUADO A CADA 1 CM, RADIOPACO EM TODA SUA EXTENSÃO FLEXÍVEL, CONEXÃO PADRÃO UNIVERSAL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA;DATA DE FABRICACAO TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE.	NÃO
109	25089	-	120	UNIDADE	CATETER UMBILICAL 5FR,DUPLO LUMEN,40CM	437925	CATETER UMBILICAL, 5 FRENCH, DUPLO LÚMEN, DESTINADO A CANULIZAÇÃO UMBILICAL CONFECCIONADO EM POLIURETANO TRANSPARENTE, BIOCOMPATÍVEL,COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, GRADUADO A CADA 1 CM,RADIOPACO EM TODA SUA EXTENSÃO FLEXÍVEL, CONEXÃO PADRÃO UNIVERSAL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL CIRÚRGICO,QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA;DATA DE FABRICACAO TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE	NÃO
110	25374	EBS00033	100	UNIDADE	CATETER EPIDURAL 18 G	455932	Cateter descartável em nylon para ANESTESIA EPIDURAL, PONTA ROMBA com orifícios múltiplos, para uso com agulha 18 G, medindo 90 cm (+/- 05 cm) de comprimento x 1.0 ou 1.1 mm de diâmetro externo, maleável, possuir orifício atraumático, com marca radiopaca, com marcas indicadoras do comprimento	NÃO

							introduzido. Estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	

1. FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

1.1. Em atendimento ao art. 17º, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH - (RLCE 2.0), é apresentado na sequência a descrição da necessidade da compra /contratação, considerando o Planejamento Estratégico, o Plano Anual de Compras - PAC e o planejamento orçamentário, evidenciando o problema identificado e a real necessidade que ele gera, bem como o que se almeja alcançar com a contratação.

1.2. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH foi criada por meio da Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, como uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação - MEC, com a finalidade de prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como prestar às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

1.3. Trata-se da maior rede de hospitais públicos do Brasil. Suas atividades unem dois dos maiores desafios do país, educação e saúde, melhorando a qualidade de vida de milhões de brasileiros, por meio da atuação de uma rede que inclui o órgão central da empresa e 40 Hospitais Universitários Federais - HUFs, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

1.4. A EBSERH é uma empresa estatal 100% dependente da União e cumpre o seu dever de prestar serviços de assistência à saúde de forma integral e exclusivamente inseridos no âmbito do SUS.

1.5. O Complexo Hospital de Clínicas (CHC), constituído pelo Hospital de Clínicas (HC) e pela Maternidade Vitor Ferreira do Amaral (MVFA), é um órgão suplementar da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e que faz parte da rede EBSERH de hospitais universitários federais. Atualmente formam o Complexo Hospital de Clínicas - CHC, o Hospital de Clínicas (inaugurado em 1961) e a Hospital Maternidade Vitor Ferreira do Amaral (inaugurado em 1930). O CHC é o maior hospital público do Paraná e o terceiro maior hospital público do país. Referência em vários serviços de saúde atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o qual o classifica com o nível de terciário.

1.6. O Complexo Hospital de Clínicas da UFPR presta assistência integral aos usuários do SUS referenciados através do Complexo Regulador da Secretaria Municipal da Saúde – e-Saúde, Central de Leitos Hospitalares, SAMU e pelo Pronto Atendimento do Hospital. A assistência à saúde prestada pelo Hospital garante a realização de todos os procedimentos necessários para o atendimento integral das necessidades direcionadas pelo sistema, zelando pela qualidade e resolutividade.

1.7. O Hospital de Clínicas e a Maternidade Victor Ferreira do Amaral são hospitais-escola, que entregam para a sociedade, todos os anos, centenas de novos profissionais da área da saúde, formados por equipes de técnicos em educação e professores altamente especializadas.

1.8. A finalidade desse processo licitatório é atender o interesse público, buscando a proposta mais vantajosa em igualdade de condições, bem como aos demais princípios resguardados pela constituição Federal de 1988.

1.9. Na presente licitação estão incluídas aquisição de materiais pertencentes ao grupo Material Médico Hospitalar de Uso Geral, subgrupo Agulhas, Seringas e Cateteres para atendimento aos pacientes diretos do SUS, que serão assistidos pela Filial Ebserh - Complexo Hospitalar de Clínicas da UFPR.

1.10. São considerados insumos estratégicos e serão utilizados em todo complexo dando suporte às ações de saúde, já que são empregadas em diversos procedimentos, cuja falta pode significar interrupções no tratamento, o que comprometeria o atendimento e a qualidade de vida dos pacientes, além de impedir o cumprimento da missão institucional.

1.11. O CHC/UFPR necessita ter sempre um pregão vigente para que possam ser efetuados os pedidos de compra mensais para abastecimento do hospital com esses materiais.

1.12. Os materiais a serem adquiridos encontram-se elencados na Sugestão de Compra Nº 198/2022 com quantidades previstas para 12 (doze) meses. A sugestão de Compras é emitida com numeração única sequencial e gerenciada por um sistema informatizado de controle (SIH) o que reduz drasticamente o risco de compras redundantes e/ou fracionamento de despesas.

1.13. Os materiais referidos neste processo estão atualmente licitados nos pregões 59/2022, 146/2021, 16/2022, 01/2022, 147/2021, 183/2021, 130/2021, 154/2021, 101/2022, 67/2022 e 70/2022 vigentes até 21/07/2023, 18/02/2023, 14/06/2023, 13/05/2023, 07/12/2022, 11/05/2023, 15/12/2022, 17/03/2023, 04/11/2023, 15/09/2023, 24/10/2023 respectivamente.

1.14. A contratação de pessoa jurídica para fornecimento do objeto deste Termo de Referência encontra amparo legal no RLCE 2.0, na Lei nº 13.303/2016; na Lei Complementar nº 147/2014; na Lei Complementar n° 123/2006; na Lei nº 10.520/2002; no Decreto nº 10.024/2019; no Decreto nº 7.746/2012; na Instrução Normativa nº 01/2010; na Instrução Normativa nº 3/2018 e suas alterações, bem como no Parecer Referencial 01/2022/SCAD /CONJUR/PRES-EBSERH.

1.15. As quantidades estimadas são calculadas com base no artigo 17, Inciso II, do RLCE 2.0., justificadas conforme Documento de Formalização da Demanda (DFD I), anexo 25233202

1.16. Justifica-se o fornecimento parcelado dos insumos, pois o mesmo permitirá, além de redução de custos, uma projeção de compra para um período de 12 (doze) meses, podendo ultrapassar de um exercício para o outro, sem o comprometimento orçamentário em sua totalidade, permitindo a aquisição somente dos produtos que se fizerem necessários para o momento.

1.17. O uso do Sistema de Registro de Preços (SRP) para essa contratação está fundamentado no Art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, haja vista a impossibilidade de definir previamente a quantidade exata dos materiais necessários, bem como pelas suas características e natureza, havendo a necessidade de contratações frequentes, bem como está de acordo com art. 89° do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH e Lei 13.303 de 2016.

1.18. Caso haja discordância entre o descritivo do material com aquele do sistema do Portal de Compras do Governo Federal (COMPRASNET), prevalecerá as especificações constantes neste Termo de Referência.

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

2.1. Em atendimento ao art. 35º, inciso III, do RLCE 2.0., informamos a descrição da solução como um todo.

2.2. A solução visa gerir com competência, agilidade, continuidade e transparência a continuidade das atividades da rede.

2.3. Em atendimento ao art. 93º, do RLCE 2.0, informamos que os itens solicitados constituem materiais já padronizados no Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR).

2.4. Os descritivos dos itens foram revisados conforme o Catálogo de Padronização de Tecnologias em Saúde da Rede EBSERH.

2.5. Os códigos dos itens foram revisados conforme o Catálogo de Materiais (CATMAT), do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), do Ministério da Economia (ME).

2.6. A Seleção do Prestador se dará através de Licitação, na modalidade Pregão, Sistema Registro de Preços, na forma Eletrônica, uma vez que os itens a serem contratados são de natureza comum e seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais do mercado, conforme preconizado no inciso IV do art. 32 da Lei N° 13.303, de 30 de junho de 2016 e no inciso IV do art. 4º do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH.

2.7. Os bens objeto da presente contratação caracterizam-se como de natureza comum, de acordo com a Lei Nº 10.520/2002, tendo em vista que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e são facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. Em atendimento ao art. 35º, inciso IV, do RLCE 2.0., informamos os requisitos indispensáveis para a contratação do objeto.

3.2. O critério de julgamento adotado será: o menor preço unitário para itens avulsos e menor preço global para os itens que formam Grupo.

3.3. Nos termos do art. 48, III da Lei Complementar n. 123, de 2006 (atualizada pela LC n. 147/2014), a Administração estabelece cotas para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Nenhum item desse processo será exclusivo para participação de empresas de pequeno porte ou microempresa (conforme preconiza o Art. 49, Inciso II da Lei 123/2006 e Art. 10, Incisos I e II do Decreto 8.538/2015), pois não foi encontrado o mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente.

3.4. Após homologação desse processo licitatório haverá formalização de Ata de Registro de Preços, podendo ou não haver formalização de contrato, devendo este ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4. REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. Será adotado o regime de execução por entrega parcelada, com fornecimento de acordo a necessidade do CHC/UFPR.

5. FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL

5.1. Homologado o resultado da Licitação, será formalizada Ata de Registro de Preços com vigência de 12 (doze) meses.

5.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizadas por Nota de Empenho.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O pedido de entrega será formalizado por Nota de Empenho ao fornecedor.

6.2. Após o recebimento da Nota de empenho, o fornecedor deve enviar a previsão de entrega dos insumos em até 03 (três) dias corridos para a Equipe de Fiscalização da Ata de Registro de Preços (EFARP), por e-mail - uab@hc.ufpr.br - contendo:

a) Número do Documento Fiscal;

b) Data de emissão do Documento Fiscal;

c) Data prevista para entrega.

6.3. O prazo máximo de entrega dos insumos será de até 10 (dez) dias corridos, contado após recebimento da Nota de Empenho.

6.4. A data prevista para entrega, estimada inicialmente, deve ser confirmada pela Contratada diretamente, com no mínimo 03 (três) dias úteis de antecedência, sendo que qualquer alteração na data de entrega prevista deve ser comunicada previamente à unidade pela Contratada, respeitado o prazo máximo de entrega previsto neste Termo de Referência.

6.5. Os itens entregues deverão ser acompanhados da Nota Fiscal, que deverá conter, além dos itens obrigatórios pela legislação vigente, o número da Nota de Empenho correspondente, além de informações como: marca, nome do fabricante, número do lote, data de validade e a quantidade correspondente a cada lote.

6.6. Não serão recebidos insumos que apresentarem prazo de vida útil/validade inferior a 2/3 (dois terços) do prazo total de validade.

6.7. São de responsabilidade da Contratada as condições de conservação dos insumos entregues, abrangendo inclusive resistência das embalagens, data de validade, temperaturas exigidas, presença de sujidade, material estranho e insetos.

6.8. O armazenamento e o transporte dos insumos deverão atender às especificações técnicas (temperatura, calor, umidade, luz) pelo fabricante.

6.9. Deverá ser informado junto a cada item, na proposta, o número do Registro do Produto ou indicação de isenção do mesmo junto a Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde cujos dados poderão ser confirmados via internet, no endereço eletrônico da ANVISA-MS.

6.10. A gestão e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da entrega dos materiais, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do RLCE 2.0.

6.11. Nos termos do Art. 161, caput, do RLCE 2.0, será designada Equipe de Fiscalização do Contratação(EFC) com o objetivo de garantir a observância dos direitos e o cumprimento das obrigações pactuadas, bem como a obediência à legislação pertinente.

6.12. Nos termos do art. 164, § 6º, do RLCE 2.0, caso haja Nota de Empenho com valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a EFARP deverá ser formada com pelo menos três membros titulares, sendo um necessariamente representante da unidade requisitante.

6.13. A EFC e a empresa a ser contratada utilizarão os seguintes mecanismos de comunicação: reuniões remotas (videochamada/videoconferência) de trabalho, telefones, mensagens eletrônicas (e-mail) e/ou correspondências oficiais, adotando o critério de razoabilidade para definir o meio utilizado e respeitando a formalização devida.

6.14. A verificação da adequação da entrega dos materiais deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

6.15. A EFC deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

6.16. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades, assumidas pela Contratada, ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no RLCE 2.0.

6.17. A gestão e fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão realizados em conformidade com os materiais efetivamente entregues, até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento da Nota Fiscal pela EFC, por intermédio de crédito em conta corrente.

7.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.4. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e nas demais certidões de regularidade para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas na contratação.

7.5. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, por solicitação da Contratada, a critério da Contratante.

7.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.7. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

7.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF e demais certidões de regularidade.

7.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.11. A EBSERH não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que porventura não tenha sido acordada no contrato.

7.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

Obs: o Índice de atualização financeira (I) será calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6/\ 100)}{365}$$

7.13. Durante a verificação da conformidade na entrega dos insumos, deverá ser aplicado o seguinte Índice de Medição de Resultados (IMR):

ÍNDICE DE MEDIÇÃO DOS RESULTADOS (IMR)	
INDICADOR nº 1 - ENTREGA TEMPESTIVA DOS INSUMOS	
ITEM	**DESCRIÇÃO**
Finalidade	Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado.
Meta a cumprir	O prazo de entrega dos insumos será de 10(dez) dias corridos, sendo contado após recebimento da Nota de Empenho.
Instrumento de medição	Nota de Empenho. Documento com o registro da entrega dos insumos na Contratante.
Forma de acompanhamento	Pela documentação comprobatória.
Periodicidade	A cada Nota de Empenho.
Mecanismo de cálculo	(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (Data de recebimento da Nota de Empenho). * Excluído o dia de início da contagem do prazo e incluído o dia do recebimento dos materiais. ** Ex.: no caso de uma Nota de Empenho enviada e recebida em 01/04/2022, com a entrega dos insumos realizada em 22/04/2022, o cálculo será: (22/04/2022 - 01/04/2022 = 21 dias percorridos). *** A quantidade de dias percorridos será comparada com o prazo de entrega estabelecido para a localidade da Contratante, de forma a identificar a eventual incidência de dias de atraso na entrega.
Início da vigência	Recebimento da Nota de Empenho.
Faixas de ajuste no pagamento	a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado. b) Atraso de até 5 dias: 99% do valor contratado. c) Atraso entre 5 e 10 dias: 97% do valor contratado. d) Atraso acima de 10 dias: 95% do valor contratado.

Sanções	O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuração de irregularidade na execução contratual, ficando a empresa contratada sujeita à aplicação das sanções listadas neste Termo de Referência.
Observações	Caso a Nota de Empenho seja entregue parcialmente, o cálculo do IMR irá incidir sobre a parcela não adimplida. As faixas de ajuste no pagamento indicam a realização de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, não sendo necessária a abertura de processo de apuração de irregularidade na execução contratual para efetuar esse desconto. Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela EFARP não serão contabilizados no IMR, ou seja, não serão objeto de ajuste no pagamento para a realização de glosa.

7.14. Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pela EFARP, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.15. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

7.16. Em caso de constatação, a qualquer tempo, de desvios na qualidade, defeitos de fabricação ou alterações da estabilidade, dentro do prazo de validade, que comprometam a integridade do produto, bem como má fé do fornecedor, condições inadequadas de transporte ou em desacordo com as especificações exigidas, a Contratada fica obrigada a substituir, às suas expensas, o produto defeituoso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação do vício do produto com a consequente notificação junto ao fornecedor.

7.17. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.18. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.19. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução do objeto, será realizado pelo Gestor da Contratação.

7.20. O Gestor da Contratação analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.

7.21. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratado mediante Licitação, na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica.

8.2. Os bens, objeto da presente contratação, caracterizam-se como de natureza comum de acordo com o Art. 32 Inciso IV da Lei Nº 13.303/2021, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações usuais no mercado.

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR

9.1. Condições para participação da licitação:

9.1.1. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela EBSERH a empresa:

9.1.1.1. declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

9.1.1.2. impedida de licitar e de contratar com a União;

9.1.1.3. constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

9.1.1.4. cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

9.1.1.5. constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

9.1.1.6. cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

9.1.1.7. que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;

9.1.1.8. cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante de órgão estatutário, empregado, servidor cedido ou em exercício na EBSERH;

9.1.1.9. cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante do Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a EBSERH.

9.1.2. Aplica-se a vedação prevista no item 9.1.1:

9.1.2.1. à contratação, como pessoa física ou em procedimentos licitatórios, na condição de licitante, de integrante de órgão estatutário, empregado, servidor cedido ou exercício na EBSERH, bem como de integrante do Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino e congêneres signatários de contratos de gestão com a EBSERH;

9.1.2.2. a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) integrantes de órgãos estatutários da EBSERH;

b) empregado, servidor cedido ou em exercício na EBSERH cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou estejam envolvidos no respectivo processo de contratação;

c) autoridade do Ministério da Educação;

d) autoridade das Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a EBSERH.

9.1.2.3. cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a EBSERH há menos de 6 (seis) meses.

9.1.3. A vedação prevista no item 9.1.1 também será aplicada ao licitante que atue em substituição à outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, desde que comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

9.2. A aplicação das vedações previstas nos incisos 9.1.2.1 a 9.1.2.3 deverá ser precedida de realização de diligências para verificar se houve tentativa de fraude por parte das empresas apontadas, por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, datas de abertura, dentre outros, sendo necessária a convocação do fornecedor para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.3. O disposto no item 9.1.3 e 9.2 deve ser observado quando da emissão da Nota de Empenho, formalização da contratação e pagamento.

9.4. Modo de disputa:

9.4.1. será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico o modo de disputa "ABERTO".

9.5. Intervalo entre lances:

9.5.1. o intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances que incidirá, tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação à proposta que cobrir a melhor, será de 0,75%.

9.6. Critério de julgamento:

9.6.1. será adotado como critério de julgamento o menor preço unitário para itens avulsos e menor preço global para os itens que formam Grupo.

9.7. Habilitação jurídica:

9.7.1. no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva Sede;

9.7.2. em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.7.3. no caso de sociedade empresarial ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.7.4. no caso de sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.7.5. no caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.7.6. no caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764/1971;

9.7.7. no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações relevantes ao objeto desta Licitação e à composição societária atual da empresa ou da última consolidação.

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.4. prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

9.9.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

9.9.6. cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

9.10. Qualificação Técnica:

9.10.1. Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, emitida pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, da sede da licitante;

9.10.2. ficará a cargo da licitante provar que o produto, objeto da Licitação, não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária;

9.10.3. os Registros, Declarações de Notificação Simplificada e Certificados de Dispensa de Registro deverão ser identificados com o número do item a que se referem, em ordem crescente, a fim de facilitar o julgamento.

9.11. Critérios de aceitação do objeto:

9.11.1. considerando que, tão logo seja encerrada a etapa de lances, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar amostra dos materiais cotados, no prazo máximo de 03 dias úteis, assim que solicitado pelo Serviço de Garantia da Qualidade, para aferir se os bens propostos têm, no mínimo, as características citadas no objeto deste processo. As empresas participantes deverão cotar apenas os itens que possam, posteriormente, apresentar de imediato as amostras, com vistas à manutenção da celeridade do certame. O prazo de 03 dias úteis para entrega das amostras inicia-se no dia seguinte do recebimento da solicitação oficial via e-mail;

9.11.2. as empresas vencedoras que deixarem de apresentar amostra no prazo solicitado, desatendendo ao previsto no item anterior, serão desclassificadas, passando-se para o segundo melhor preço, obedecendo-se a ordem de classificação das propostas;

9.11.3. após a fase de lances e antes da aceitação, será elaborado o Parecer Técnico sobre os produtos ofertados. Todo material não utilizado no CHC/UFPR ou que tenha apresentado problemas de qualidade/desempenho durante o uso ou que tenham sido utilizados há mais de 2 (dois) anos, poderão ser reavaliados, devendo para tanto, serem apresentadas amostras para verificação de sua eficiência e conformidade bem como aspectos documentais, em quantidade e prazo a serem determinados e solicitados pelo Serviço da Garantia da Qualidade; produtos adquiridos em processos licitatórios anteriores e que apresentarem problemas de desempenho durante o uso, poderão não ser adquiridos novamente até que o problema seja resolvido. O motivo da reprovação na avaliação técnica fará parte do Parecer Técnico para que o fornecedor tome conhecimento quanto as adequações necessárias;

9.11.4. As amostras deverão ser apresentadas atendendo o que se segue SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:

9.11.4.1. identificadas **OBRIGATORIAMENTE** com nome da empresa, fabricante do produto, número do Processo/Pregão Eletrônico e número do item;

9.11.4.2. produtos de procedência estrangeira deverão vir acompanhados de informações corretas, claras e em língua portuguesa, sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores;

9.11.4.3. todas as amostras encaminhadas deverão estar acondicionadas nas embalagens originais primária, secundária e terciária, na apresentação comercial do produto que será fornecido em caso de vencimento do certame. Devem conter o nº do lote de fabricação e data, o prazo de validade para uso dos mesmos, a esterilidade ou não, e outras informações de acordo com a legislação pertinente, quando for o caso;

9.11.4.4. a entrega das amostras será na Divisão de Suprimentos, Setor de Recebimento (Almoxarifado) do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR, situado à Rua Padre Camargo s/nº (em frente ao número 435), andar térreo, prédio central (fundos), Alto da Glória, CEP 80060-240, no horário das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, aos cuidados da Garantia da Qualidade;

9.11.4.5. as amostras apresentadas para avaliação técnica pelas licitantes não classificadas (reprovadas) ou passíveis de devolução, deverão ser procuradas em até 10 (dez) dias corridos, a contar da homologação do julgamento, no Serviço da Garantia da Qualidade, sob pena de lhes serem dadas outra destinação, à critério do CHC/UFPR;

9.11.4.6. caso o objeto licitado, por suas características, exija um número maior de amostras para a realização de avaliação técnica, o fornecedor será comunicado;

9.11.4.7. o CHC/UFPR se reserva no direito de solicitar formalmente ao fornecedor a apresentação de novas amostras, catálogos em língua portuguesa, prospectos, laudos analíticos e laboratoriais, manual de utilização/funcionamento de qualquer item cotado, de qualquer empresa participante do processo, independente da ordem de classificação de preços, para aferir se os bens propostos atendem as especificações contidas no Edital;

9.11.4.8. os pareceres técnicos elaborados a partir dos resultados das avaliações técnicas em amostras serão arquivados pelo Serviço da Garantia da Qualidade da Divisão de Suprimentos do CHC/UFPR, os quais poderão subsidiar avaliações em processos licitatórios futuros, compondo o banco de dados;

9.11.4.9. Os Produtos para a Saúde deverão conter em seus rótulos, em língua portuguesa:

9.11.4.9.1. o nome do produto e do fabricante/importador, endereço, CNPJ, técnico responsável e inscrição no Conselho de Classe, descrição do conteúdo, composição da embalagem, data de fabricação e/ou esterilização (mês e ano), prazo de validade (deve coincidir com o prazo de validade da

esterilização), processo de esterilização a que foi submetido, número do lote, número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA. (acho que isso não vale para todos os produtos);

9.11.4.9.2. se for de uso único deverá conter as frases “Artigo médico hospitalar de uso único” e “Destruir após o uso”. (RDC nº. 185 de 22 de outubro de 2001 – Dispõem sobre alteração no registro de produtos correlatos na Secretaria de Vigilância Sanitária, Decreto Lei nº. 79.094 de 05.01.1997 e Lei nº. 6.360, de 23.09.1976);

9.11.4.9.3. o objeto licitado deverá ser fornecido ao Complexo Hospital de Clínicas da UFPR, em até 10 dias úteis, após o recebimento da Nota de Empenho. A entrega deverá ser de acordo com o solicitado em referida Nota, na Divisão de Suprimentos do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR – Serviço de Recebimento (Almoxarifado), sito à Rua Padre Camargo, s/nº, fundos do Hospital (em frente ao n° 435) – Alto da Glória, Curitiba/PR, CEP 80060-240, das 08:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta, em dias úteis, ficando seu descumprimento sujeito às penalidades legais.

9.11.5. O objeto do contrato será recebido:

9.11.5.1. o objeto licitado será recebido por uma Comissão de Recebimento, provisoriamente, para fins de posterior verificação da sua conformidade com as especificações e quantidades licitadas, no prazo de 7 (sete) dias úteis ou definitivamente, caso o material possibilite sua aferição imediata no ato da entrega;

9.11.5.2. procedida a conferência, a consequente aceitação será feita definitivamente pela referida Comissão, mediante declaração no verso da Nota Fiscal;

9.11.5.3. o prazo para substituição de objetos licitados que apresentarem defeitos durante o uso será de até 02 (dois) dias úteis, contados da data da comunicação escrita enviada por e-mail, para o fornecedor. A responsabilidade pela troca é exclusiva do fornecedor, inclusive com todos os custos que advir desta;

9.11.5.4. os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 07 (sete) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

9.11.5.5. os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado;

9.11.5.6. na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

9.11.5.7. o objeto da contratação poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando executado em desacordo com as previsões contidas no Edital;

9.11.5.8. o recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil da Contratada, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato/ARP, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

9.11.5.9. os ensaios, testes e demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correm por conta da Contratada, conforme preconiza o § 4º do Art. 168 do RLCE 2.0.

10. ORÇAMENTO ESTIMADO

10.1. Os preços referenciais desta contratação são sigilosos, conforme art .7º do RLCE 2.0, e constam do processo restrito nº 23759.047904/2022-55

11. DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

11.1. Obrigações da Contratada:

11.1.1. cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

11.1.2. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos;

11.1.3. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, atendendo aos dispositivos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes;

11.1.4. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

11.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

11.1.7. cumprir todas as normas citadas neste Termo e outras que vierem a substituí-las;

11.1.8. prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante;

11.1.9. Em relação à Lei n.º 13.709/2018 (LGPD), ao seguinte:

11.1.9.1. adotar medidas para adequação de suas operações ao cumprimento das legislações de proteção de dados pessoais aplicáveis e das orientações emanadas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), bem como seguir as instruções fornecidas pela EBSERH, inclusive as fixadas na sua Política de Proteção de Dados Pessoais e demais normas e orientações da EBSERH;

11.1.9.2. assegurar que esse tratamento será limitado ao mínimo necessário para o alcance da(s) finalidade(s) proposta(s);

11.1.9.3. manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizar;

11.1.9.4. adotar medidas de segurança, técnicas, administrativas e organizacionais, adequadas para assegurar a proteção dos direitos dos titulares de dados pessoais;

11.1.9.5. orientar seus colaboradores, contratados ou prepostos de qualquer natureza sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD e daqueles assumidos neste instrumento, bem como a não divulgar indevidamente informações que envolvam dados pessoais a que tenham acesso;

11.1.9.6. apresentar todos os dados e as informações solicitados pela Contratante em relação ao tratamento de dados pessoais e/ou adotar as providências indicadas;

11.1.9.7. permitir e contribuir, sempre que necessário, para a realização de auditorias e inspeções relativas à proteção de dados pessoais, realizadas pela Contratante ou por ela designadas;

11.1.9.8. não subcontratar atividades que envolvam o tratamento de dados pessoais, salvo com prévia autorização por escrito da Contratante e, nessa hipótese, exigir de subcontratados o cumprimento dos deveres decorrentes da LGPD e daqueles assumidos neste instrumento, permanecendo integralmente responsável por garantir a sua observância;

11.1.9.9. comunicar à Contratante, por escrito, em prazo razoável, qualquer incidente de segurança, tais como acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, com as informações previstas no §1º do art. 48 da LGPD;

11.1.9.10. reparar os danos patrimonial, moral, individual e/ou coletivo causados a outrem pelo tratamento de dados pessoais, quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados, quando não tiver seguido as instruções lícitas da Contratante e/ou quando não adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 da LGPD;

11.1.9.11. encerrado o tratamento de dados pessoais pelas partes, nos termos do art. 15 da LGPD, eliminá-los, salvo nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.1.10. Obrigações da Contratante:

11.1.10.1. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.1.10.2. prestar à Contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à entrega dos materiais;

11.1.10.3. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital, neste Termo de Referência e seus anexos;

11.1.10.4. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

11.1.10.5. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

11.1.10.6. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de equipe/empregado especialmente designado;

11.1.10.7. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital;

11.1.10.8. a Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução dos contratos decorrentes da licitação em tela, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a EBSERH poderá, garantido o regular processo administrativo, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

12.1.1. advertência, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Administração;

12.2. Multa:

12.2.1. moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso será configurado como inexecução total do objeto;

12.2.2. compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

12.2.3. em caso de outras hipóteses de inexecução parcial, poderá ser aplicada multa compensatória de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da obrigação inadimplida;

12.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Rede EBSERH por prazo não superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:

12.2.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.2.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.2.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a EBSERH em virtude de atos ilícitos praticados;

12.2.4.4. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigência da ata de registro de preços, não celebrar o contrato;

12.2.4.5. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

12.2.4.6. apresentar documentação falsa exigida para o certame;

12.2.4.7. ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

12.2.4.8. não mantiver a proposta;

12.2.4.9. falhar ou fraudar na execução do contrato;

12.2.4.10. comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei nº 12.846/2013.

12.3. As sanções previstas nos subitens 12.1.1. e 12.2. poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa.

12.4. Eventuais multas aplicadas podem ser descontadas de pagamentos a serem efetuados ou compensados em eventuais créditos disponíveis em outros contratos firmados pela Contratada, bem como da garantia contratual, se exigida.

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no RLCE 2.0.

12.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13. GARANTIA DO PRODUTO

13.1. Não será exigida garantia do produto complementar à legal.

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO (DO CONTRATO)

14.1. Não será exigida garantia de execução / contratual.

15. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

15.1. Os itens deste Termo de Referência, no que couber, deverão atender os critérios da sustentabilidade ambiental, prevista nos termos do Artigo 7º, XI, da Lei 12.305 de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e ainda nas Instruções Normativa SLTI/MPOG ns. 01/2010 e 01/2014.

15.2. O bem a ser fornecido pela empresa deverá atender os critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos na Instrução Normativa n°1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, bem como o que consta RLCE 2.0. Em se tratando de sustentabilidade social, a presente aquisição tem como propósito melhorar a qualidade de vida da população como um todo, visando reduzir as desigualdades sociais e ampliar o acesso aos direitos e serviços básicos, como educação e saúde, já que o Complexo Hospitalar de Clínicas tem como missão ser referência de excelência na formação de profissionais de saúde, na atenção à saúde, na inovação tecnológica e sustentabilidade, atendendo com inserção e integração na rede de serviços em saúde e nas necessidades da população, prestando serviços de forma gratuita e com excelência. Já no ambiente laborativo a sustentabilidade social a presente aquisição visa promover um ambiente de trabalho confortável e agradável a seus colaboradores.

15.3. Em atendimento ao Art. 28º, inciso XII, do Regulamento de Licitações 2.0.;

15.3.1. Em observância à Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, faz-se necessário, sempre que possível, que:

15.3.1.1. os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;

15.3.1.2. sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

15.3.1.3. os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

15.3.1.4. os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

15.4. Logística reversa:

15.4.1. logística reversa - é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.

15.4.2. conforme prevê o Artigo 33 da nova lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010), ficam obrigados os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a estruturar e implementar sistemas de LOGÍSTICA REVERSA, mediante retorno dos produtos

após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, de produtos perigosos, tais como:

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), ou em normas técnicas;

II - pilhas e baterias;

III - pneus;

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

15.4.3. conforme citado no Parágrafo Primeiro, do mesmo artigo, serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. Já, o Decreto Federal no. 7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita no Artigo 18 em que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens supracitados, deverão estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, ficando estes responsáveis pela realização da logística reversa. A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências deste Termo de Referência.

15.5. Em se tratando de sustentabilidade social, a presente aquisição tem como propósito melhorar a qualidade de vida da população como um todo, visando reduzir as desigualdades sociais e ampliar o acesso aos direitos e serviços básicos, como educação e saúde, já que o Complexo Hospitalar de Clínicas tem como missão ser referência de excelência na formação de profissionais de saúde, na atenção à saúde, na inovação tecnológica e sustentabilidade, atendendo com inserção e integração na rede de serviços em saúde e nas necessidades da população, prestando serviços de forma gratuita e com excelência. Já no ambiente laborativo a sustentabilidade social a presente aquisição visa promover um ambiente de trabalho confortável e agradável a seus colaboradores.

15.6. O pilar econômico está relacionado com a produção, consumo e distribuição de bens e serviços, levando em consideração a questão social e ambiental. Sendo traduzida como pensar sobre os processos econômicos de maneira mais profunda e responsável, as empresas atuam sem visar apenas o lucro desenfreado, mas em uma forma de crescer causando menos impactos ambientais. Inclusive, com a ascensão dos debates sociais, empresas que buscam soluções sustentáveis acabam tendo resultados positivos, pois a população busca cada vez mais consumir marcas com uma cultura de desenvolvimento sustentável. Nesse aspecto, a aplicação de atitudes de sustentabilidade econômica no âmbito do CHC foi optar por produtos com menor impacto ambiental, inclusive pelo fato da especificação técnica de vários produtos trazer a exigência de selo Procel, o qual permite conhecer, entre os equipamentos e eletrodomésticos à disposição no mercado, os mais eficientes e que consomem menos energia.

16. CRITÉRIOS DE REAJUSTE

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

17. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. Por se tratar de Licitação que será processada pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, a indicação da dotação orçamentária ocorrerá somente no momento da formalização da contratação (emissão da Nota de Empenho), nos termos do art. 7º, §2º, do Decreto nº. 7.892/13.

18. SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIOS

18.1. Subcontratação:

18.1.1. não será admitida a subcontratação do objeto;

18.2. Consórcios:

18.2.1. não será admitida a contratação de consórcios, considerando que a vedação quanto à participação de consórcio de empresas no presente procedimento licitatório não limitará a competitividade;

18.2.2. a participação de consórcios é recomendável quando o objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, o que não seria o caso do objeto sob exame. Não há nada que justifique a participação de empresas em consórcios no objeto em apreço. Ele não se reveste de alta complexidade, tampouco é serviço de grande vulto econômico, ou seja, este Termo de Referência não apresenta nenhuma característica própria que justifique a admissão de empresas em consórcio;

18.2.3. a admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econômico atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administração Pública, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o princípio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administração;

19. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

19.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todas as condições de habilitação exigidas na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

20. MATRIZ DE RISCOS

20.1. A presente contratação não prevê Matriz de Riscos.

21. CLÁUSULAS ESPECIAIS (PREVISÃO DE COMODATO, MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS/OUTRAS CLÁUSULAS ESPECIAIS)

21.1. **Itens 6529, 6530, 16110, 22659, 22660 AGULHA BIÓPSIA**

21.2. Formam o Grupo 1 os itens SIH 6529, 6530, 16110, 22659 e 22660, pois precisam de disparador/pistola em comodato. O mesmo disparador poder ser utilizado nos cinco itens e como tem um alto custo, o agrupamento é mais viável financeiramente.

ITEM	SIH	DESCRIÇÃO
17	6529	AGULHA DE BIOPSIA TEC. MOLES, 18GX25CM
18	6530	AGULHA DE BIOPSIA TEC. MOLES, 16X16CM
41	16110	AGULHA P/BIOPSIA DE MAMA 14GX10CM
84	22659	AGULHA P/BIOPSIA DE MAMA 14GX12CM
85	22660	AGULHA P/BIOPSIA DE MAMA 14GX16CM

21.2.1. A empresa ganhadora deverá fornecer em comodato disparadores compatíveis com as agulhas, com botão para acionamento anterior e posterior, na quantidade adequada para o uso das agulhas, a serem encaminhados para os locais que realizam as biópsias, separadamente.

21.2.2. O comodato dos disparadores não acarretará ônus para o CHC-UFPR enquanto o material estiver sendo utilizado.

21.2.3. Os disparadores deverão ser retirados ao término do estoque de todas as agulhas do grupo.

21.2.4. Se algum disparador apresentar defeito durante o uso, o mesmo deverá ser substituído em 48 horas, também sem ônus para a Instituição.

21.2.5. As pistolas deverão ser entregues na Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoque (UACE), que disponibilizará às Unidades usuárias (05 para a UDIM, 01 para a Nefro, 01 para a Hepato). As pistolas deverão ter registro no Ministério da Saúde e assistência técnica permanente.

21.2.6. Para o item 6529: "A agulha deve encaixar-se perfeitamente ao guia de biopsia endocavitário código GU-107, registro na Anvisa 108287070072, da Fábrica UNIT .

21.3. **Item 12306 AGULHA BLOQUEIO PLEXO**

21.3.1. A empresa ganhadora do item 12306 deverá fornecer em comodato: 02 (dois) aparelhos estimuladores de nervos periféricos para controle da anestesia de plexo com as seguintes características:

21.3.1.1. Equipamento:

21.3.1.1.1. Estimulação com pulso retangular monofásico de amplitude constante;

21.3.1.1.2. Faixa de corrente de estimulação ajustável de no mínimo 0mA a 5mA, com ajustes contínuos e por passos com incrementos de no mínimo 0,01mA;

21.3.1.1.3. Duração de estímulo ajustável de no mínimo 0,1mseg;

21.3.1.1.4. Frequência de pulso ajustável para no mínimo 1Hz e 2Hz;

21.3.1.1.5. Indicador visual e sonoro de estimulação;

21.3.1.1.6. Bateria alcalina de 9V ou recarregável;

21.3.1.1.7. O equipamento deverá possuir registro na ANVISA/Ministério da Saúde.

21.3.1.2. Acessórios:

21.3.1.2.1. 01 (uma) capa protetora ou similar para guarda e transporte do equipamento;

21.3.1.2.2. Cabo conector de no mínimo 2metros, para adaptação de agulhas e eletrodo terra;

21.3.1.2.3. 01 (uma) bateria de alcalina de 9V ou recarregável;

21.3.1.2.4. O equipamento deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento.

21.3.1.2.5. O fornecedor dos aparelhos ficará responsável pelo atendimento dos seguintes quesitos:

21.3.2. Entrega do total dos aparelhos (e acessórios com cabos/baterias, se aplicável), deverá ocorrer junto com a entrega da primeira parcela do insumo (item 12306), devendo este material ser entregue e permanecer no Serviço de Engenharia Clínica da instituição, durante a vigência deste registro de preços, sendo devolvido ao término do estoque do insumo;

21.3.3. Para aceitação dos equipamentos que se tratar de "equipamento médico-hospitalar", só terão aceitação quando obtiverem um visto do Serviço de Engenharia Clínica e do responsável pelo serviço solicitante.

21.3.4. Efetuar treinamento operacional no prazo de 15 dias após a entrega do equipamento ou quando solicitado pelo contratante, a nível de usuários. Os custos correrão por conta do FORNECEDOR.

21.3.5. A instalação do equipamento deverá ser feita pelo responsável técnico na presença de um técnico ou engenheiro do Hospital, sem nenhum ônus para a Instituição. A instalação deverá compreender a realização de testes finais, ajustes e calibrações que coloquem o equipamento em boa ordem operacional, devendo ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de entrega dos equipamentos. Este prazo poderá ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias se, por qualquer motivo, o local da instalação não estiver pronto. No interesse da Instituição, a data da instalação poderá ser reprogramada.

21.3.6. Todas as despesas de transporte até o local da entrega do equipamento, correrão por conta do FORNECEDOR.

21.3.7. Os equipamentos deverão ser entregues novos e trocados ou passar por manutenção preventiva anual sem custos para o Hospital. Os relatórios de manutenção preventiva deverão ser enviados no ato da entrega dos equipamentos e após as manutenções preventivas e não terão custos para o Hospital.

21.3.8. A assistência técnica deverá ser prestada, no prazo máximo de 48 horas, diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa por ele autorizada, sendo desejável que essa assistência se dê na área da região metropolitana do comprador

21.3.9. Os aparelhos e acessórios, se houver, devem ser passíveis de desinfecção conforme protocolo da instituição, inclusive com produtos indicados para germes multirresistentes, sem haver comprometimento do seu desempenho.

21.3.10. Todo o material deverá ser certificado por órgão credenciado e ter registro no Ministério da Saúde, quando aplicável;

21.3.11. Deverá vir acompanhado de certificado de calibração;

21.4. **Item 17423 CONJ. MONITORIZAÇÃO PRESSÃO INVASIVA (PAM)**

21.4.1. A empresa ganhadora para o código SIH 17423 deverá fornecer em COMODATO cabos completos, acompanhados com suas placas, suportes e/ou outros acessórios necessários para leitura e para o perfeito funcionamento dos monitores das diversas marcas, sem ônus adicional para a instituição, enquanto o material estiver sendo utilizado, nas seguintes quantidades:

MODELO DO CABO	QTDE
POLIGRAFO TEB	3
BALÃO INTRA AORTICO AUTO CAT-2-WAVE	2
MONITOR MULTIPARÂMETRO DIXTAL 2010	20
MONITOR MULTIPARÂMETRO RDMEDIQ RD-12	8
MONITOR MULTIPARÂMETRO DRAGER DELTA XL	14
MONITOR MULTIPARÂMETRO NIHON KOHDEN MODELO VISMO 2703 (CONSIDERAR O CABO COMPLETO, INCLUINDO A INTERFACE CONECTADA AO MONITOR CASO NECESSÁRIO)	25
MONITOR MULTIPARAMETRO PHILIPS MX-500	6
MONITOR MULTIPARAMETRO PHILIPS MX-100	12
MONITOR MULTIPARÂMETRO GE CARDIOCAP 5	5
MONITOR MULTIPARÂMETRO GE DASH/B40/B650	40
MONITOR MULTIPARÂMETRO MINDRAY/IMEC12	25

21.4.2. Em razão da evolução do parque de equipamentos, que ocorre anualmente nas unidades assistenciais, o Hospital poderá solicitar adicionalmente 15% do quantitativo total de cabos, caso houver demanda.

21.4.3. O número de suportes mínimo a ser fornecido deve ser correspondente a 50% de cabos, totalizando 80 unidades de cabo para o atual pregão.

21.4.4. Se, para leitura das pressões forem necessárias placas/transdutores reusáveis, os mesmos devem ser fornecidos em quantidade igual aos cabos, acrescidos de 25% da quantidade total, evitando que haja interrupção de uso por falta de leitores, se os mesmos forem danificados ou extraviados.

21.4.5. O fornecedor dos cabos ficará responsável pelo atendimento dos seguintes quesitos:

21.4.5.1. A entrega do total de cabos e acessórios necessários para leitura solicitados acima, deverá ocorrer junto com a entrega da primeira parcela do insumo (item 17423), devendo este material ser entregue e permanecer no Serviço de Engenharia Clínica da instituição, durante a vigência deste registro de preços.

21.4.5.2. Todo o material (cabos e acessórios, se houver) deve ser passível de desinfecção conforme protocolo da instituição, inclusive com produtos indicados para germes multirresistentes, sem haver comprometimento da precisão na leitura das pressões. A alteração de precisão deve ser facilmente identificável pelas unidades usuárias do material, antes do uso em pacientes, evitando prejuízo aos mesmos;

21.4.5.3. Cabos e acessórios devem suportar manuseio contínuo e intenso sem alteração na precisão das leituras;

21.4.5.4. Todo o material deverá ser certificado por órgão credenciado e ter registro no Ministério da Saúde;

21.4.5.5. Todos os dispositivos utilizados para a calibração do equipamento, deverão ser certificados por órgão credenciado, conforme legislação vigente;

21.4.5.6. Conserto ou substituição dos cabos e complementos citados acima quando danificados, deverá ocorrer no prazo de 48 horas após a solicitação pelo Serviço de Engenharia Clínica deste hospital, sem ônus adicional.

21.5. **Item 19382 ELETRODO AGULHA**

21.5.1. Para o item SIH 19382 a empresa ganhadora deverá fornecer:

21.5.1.1. Sem ônus adicional, dois (2) cabos em comodato, compatível com o aparelho da marca Nihon Kohden.

21.5.1.2. A entrega dos cabos, deverá ocorrer junto com a primeira parcela do item. A empresa deverá retirá-los ao término do estoque do item.

21.5.1.3. Todo o material (cabos) deve ser passível de desinfecção conforme protocolo do CHC-UFPR, inclusive com produtos indicados para germes multirresistentes, sem haver comprometimento do material.

21.5.1.4. A empresa fica responsável pela substituição dos cabos citados acima quando danificados, obedecendo o prazo de 48 horas após a solicitação pela instituição, sem ônus adicional.

21.6. **Itens 23265, 23266, 23267 DISPOSITIVO CONEXÃO/ACESSO**

21.6.1. Formam o Grupo 2 os itens 23265, 23266 e 23267. Os mesmos devem ser compatíveis com seringa do tipo luer lock e compatíveis entre si afim de formar um sistema fechado para manipulação e, assim, evitar vazamento e formação de aerossóis das drogas antineoplásicas, garantindo a segurança do manipulador e da medicação manipulada." Desta forma os itens formam um grupo e devem ser cotados em sua totalidade, sob pena de desclassificação.

21.7. **Item 24301, 24302, 24303, 24304, 24312 e 24313 AGULHA BIÓPSIA ÓSSEA**

21.7.1. A(s) empresa(s) ganhadora(as) dos itens 24301, 24302, 24303, 24304, 24312 e 24313 deve estar ciente que caso seja necessário poderemos convocar para realizar treinamento no momento da entrega das amostras ou do empenho. O treinamento será sem custo para o CHC e deverá ocorrer em todos os turnos (manhã, tarde e noite).

22. ANEXOS

22.1. Análise Modelo Proposta (26827569).

23. APROVAÇÃO

23.1. De acordo.

23.2. A aquisição de materiais pertencentes ao grupo Material Médico Hospitalar de Uso Geral, subgrupo Agulhas, Seringas e Cateteres se mostra adequada e atende aos objetivos da instituição.

23.3. Sendo assim, conforme a competência prevista no Art. 37, inciso II do RLCE 2.0, **aprovo** o Termo de Referência conforme seus próprios fundamentos.

23.4. Encaminhe-se à área de licitações para início da fase de preparação da licitação.

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela autoridade responsável pela Aprovação da conveniência e oportunidade, com fulcro no art. 14º, inciso II, do Decreto nº 10.024/2019 e Anexo I, inciso XVIII da IN nº 05/2017-SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.

Revisado pela Adm. Marília Legat de Menezes

Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos – Garantia da Qualidade

Data: 13/03/2023

Documento assinado eletronicamente por **Uelisson Marchiotti Aparicio**, **Assistente Administrativo**, em 15/03/2023, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Ronayra Vanessa de Sousa Rodrigues Brito**, **Assistente Administrativo**, em 15/03/2023, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Richeli Borges Gaspar dos Santos**, **Chefe de Unidade**, em 15/03/2023, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Milena Balsanelli Portella**, **Enfermeiro(a)**, em 15/03/2023, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **28260889** e o código CRC **9CCBD0B3**.

Referência: Processo nº 23759.032196/2022-58 SEI nº 28260889