

	Apresentação: Pacote com 100 gramas, acondicionado em material que garante a integridade e higiene do produto até o momento do uso.. Validade mínima: 05 anos a partir da data de fabricação. Certificação: Produto em conformidade com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	
9	Esparadrapo antialérgico Apresentação: - Medindo 10 cm x 4,5 metros; - Embalagem em carretel com capa plástica de, proteção contendo dados de identificação e procedência, lote e validade. Validade mínima: 02 anos a partir da data de fabricação. Certificação: Produto em conformidade com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ND 30.36 - Material Hospitalar
ITENS AVULSOS		
Nº Item	Descrição do Item	Elemento de Despesa
10	Estetoscópio cardiológico Especificações técnicas: 1. Com ausculta versátil para pacientes adultos e pediátricos; 2. Dois diafragmas ajustáveis e sintonizáveis que respondem com uma variação de pressão simples para captar os sons de baixa e alta frequência; 3. Tubo de lúmen duplo; 4. Olivas macias e confortáveis que se ajustam promovendo selamento acústico; 5. Molas internas ajustáveis que proporcionam adequada tensão das hastes nos ouvidos; 6. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio" propiciando mais conforto para o paciente; 7. Auscultador em aço inoxidável, sem látex e tamanho único: 27" (69 cm). 8. Apresentação: Unidade. 9. Validade mínima: Indeterminada. 10. Certificação: Produto em conformidade com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Garantia mínima: Contra defeitos por 12 meses a partir da data de compra. Marcas de referência: Littmann/ Riester /Spirit ou similar.	ND 52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares
11	Aparelho para medição da pressão arterial Especificações técnicas: 1. Aneróide, sem engrenagens; 2. Atende às normas da AAMI de resistência a impactos; 3. Manômetro com giro de 360°; 4. Livre de látex, com manguito para braço direito e esquerdo; 5. Braçadeira com durabilidade de até 100.000 ciclos e tamanho adulto com alcance de 26 cm a 32 cm;	ND 52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares

	6. Design ergonômico; 7. Amortecedores de impacto que podem ser trocados; 8. Precisão + ou 3mmHg e certificado de calibração INMETRO. 9. Apresentação: Unidade. 10. Validade mínima: indeterminada. 11. Certificação: Produto em conformidade com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Garantia mínima: Contra defeitos e calibração por 12 meses a partir da compra. Marcas de referência: BIC/ Tycos / BD ou similar.	
12	Desfibrilador Externo Automático - DEA Especificações técnicas: 1. Desfibrilador externo automático, para uso geral (desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos; 2. O equipamento deverá ser acompanhado de manual de funcionamento, em língua portuguesa, no qual constem todas as instruções necessárias e suficientes para orientação do usuário; 3. Portátil; 4. Com forma de onda bifásica, com software, teclas e indicações em português.; 5. Com guia do usuário por meio de comandos de voz em português.; 6. Com detecção automática de Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular sem Pulso com níveis de especificidade e sensibilidade acima de 90%; 7. Com análise da impedância torácica; 8. Deve possuir sistema de autoteste; 9. Deve possuir memória para gravação de ECG (mínimo de 30 minutos) e eventos (mínimo 10); 10. Deve possuir proteção contra poeira e respingos de água; 11. Deve possuir tecla para aplicação de choque; 12. Deve seguir as diretrizes dos protocolos da AHA; 13. Deve possuir peso (com bateria) de no máximo 04 Kg; 14. Deve possuir indicações mínimas, em display de cristal líquido (LCD), com indicação do nível de carga da bateria; 15. Com display para monitoração de ECG, com velocidade: 25 mm/s no mínimo; 16. Deve medir a frequência cardíaca de 30 a 300 batimentos por minuto, no mínimo; 17. Com monitoração do ECG via pás adesivas; 18. Desfibrilação: a. com escala de energia que abranja a faixa de 150 Joules a 200 Joules, conforme a tecnologia da onda bifásica (retilínea ou exponencial truncada); b. deve possuir modo de desfibrilação pediátrica, com reconhecimento e limitação da energia de forma automática pelas pás; c. com tempo de carga máxima até 12 segundos;	ND 52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares

	d. com descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; e. com descarga interna automática se não houver disparo. 19. A bateria do Desfibrilador deve: a. possuir tempo de vida útil em modo espera de no mínimo 05 anos; b. possibilitar no mínimo 180 choques com carga máxima ou 5 horas de monitoração contínua (ECG). 20. Deverá acompanhar o equipamento: a. com no mínimo 01 par de pás adesivas descartáveis para uso adulto com validade mínima de 24 meses a partir da data da entrega; b. com no mínimo 01 par de pás adesivas descartáveis para uso pediátrico com validade mínima de 24 meses a partir da data da entrega; c. 01 (uma) bolsa ou maleta para transporte, com alça; 21. Certificação: Produto em conformidade com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Garantia mínima: 12 meses	
13	Oxímetro Especificações técnicas: 1. Oxímetro Uso Médico Tipo: Dedo, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24H, Alimentação: Pilha, Acessórios: C/ Sensor; 2. Certificação: Produto em conformidade com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Garantia mínima: 12 meses	ND 52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares
14	Cadeira de rodas de emergência para escadas Especificações técnicas: 1. Sistema composto por esquis deslizantes equipados com correias de borracha especiais; 2. Conjunto de rodas para deslocamento em superfícies planas, sendo as dianteiras com 15 cm de diâmetro e as traseiras com 10 cm, incluindo sistema de freio; 3. Estrutura fabricada em duralumínio, com acabamento em pintura epóxi; 4. Assento reto em alumínio, com sistema de adaptação ergonômica e mecanismo de absorção de impacto; 5. Quatro cintos de segurança: um para as pernas (com ajuste longitudinal), um abdominal, um torácico e outro para a cabeça, adequados para usuários com até 1,95 m de altura; 6. Suporte para os pés e alças para transporte manual; 7. Encosto para cabeça, região cervical e parte superior do tórax, com 35 cm e ajuste de altura; 8. Faixa de inclinação operacional em escadas entre 28° e 40°; 9. Base da cadeira e guidão revestidos com material emborrachado antiderrapante; tecido com propriedade retardante de chamas e cer-	ND 52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares

	tificado pelo fabricante; a) Itens adicionais: suporte para fixação em parede, capa protetora e sinalização fotoluminescente; 10. Capacidade máxima de carga de 200 kg, assegurando o transporte seguro de pessoas com diferentes características corporais. 11. Certificação: Atender aos critérios de acessibilidade da (ABNT NBR 9050) e estar em conformidade com as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Garantia mínima: 12 meses	
15	Glicosímetro Especificações técnicas: 1. Monitor Portátil Operação: Digital; 2. Tipo Amostra: Sangue Capilar; 3. Operação: Digital; 4. Tipo de Análise: Quantitativo De Glicose; 5. Faixa de Operação: Até 600 MG/DL; 6. Tempo Resposta: Até 10 S; 7. Memória: 250 a 500 Testes; 8. Componentes: Com Lancetas, Tiras; 9. Acessórios: Lancetador, Solução Controle. 10. Certificação: Produto em conformidade com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Garantia mínima: 12 meses	ND 52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares
16	Tensiómetro digital de pulso. Especificações técnicas: 1. Medidor de pressão digital de pulso totalmente automático; 2. Com indicação de arritmia cardíaca; 3. Indicador Gráfico de nível de hipertensão; 4. Medição de pressão e pulsação; 5. Tipos de medições Pressão sistólica, Pressão diastólica, Frequência cardíaca. 6. Indicador de aplicação correta da braçadeira 7. Detecção de arritmia cardíaca 8. Indicador do nível da pressão arterial 9. Detector de movimento corporal 10. Conteúdo da embalagem: Monitor de pressão arterial de pulso, Manual de instruções e pilhas necessárias para utilização. 11. Certificação: Produto em conformidade com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Garantia mínima: 12 meses	ND 52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares

1.2. O objeto deste Aviso poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme o art. 124, I, b, c/c art. 125, da Lei n.º 14.133/2021.